PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020
OBJETIVO: A presente licitação objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios para atender o Hospital Estadual Joaquim Vieira de Brito de Cocal.

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no auditório da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cocal - PI, na rua Domingos Machado, 575, bairro São Pedro, COCAL - PI, 64235-000, reuniu-se as nove horas (09:00hs) a Pregoeira e seus Membros de Apoio, deste Município, em atendimento às disposições contidas nas leis 10.520/02 e 8.666/93, para a realização dos trabalhos do Pregão Presencial Nº 014/2020. A senhora Pregoeira abriu a sessão pública informando que fez convite mediante ofício CPL 031/2020, 032/2020, 033/2020, 034/2020, e 035/2020, para as seguintes autoridades: Juiz de Direito Doutor Carlos Augusto Arante Júnior, Promotor de Justiça Doutor Francisco Túlio Ciarlini Mendes, Presidente da Câmara Municipal Senhor Francisco das Chagas Miranda dos Santos, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Senhor João Magalhães e o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Senhor Marcos Jose da Silva, no entanto não houve o comparecimento de nenhum dos respectivos convidados. Verificou-se a presença das empresas interessadas: 01- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, CNPJ:58.295.213/0021-11 representada por, FERNANDO BEZERRA SARAIVA, CPF nº 259.606.953-91; 02- J. R. D. BRANDÃO EIRELI, CNPJ: 23.511.454/0001-22 representada por JOSE LUSTOSA DE MELO FERREIRA, CPF: 305.430.703-44; 03- J. A. OLIVEIRA COMERCIO, CNPJ: 04.356.109/0001-17, representada por FABIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 754.661.203-91; 04- MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS, CNPJ:21.238.581/0001-74 representada por MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS; CPF:650.418.366-53; 05- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA, CNPJ: 10.645.510/0001-70, representada por DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO, CPF; 008.657.863-48; 06- R. C. – MOVEIS LTDA, CNPJ:02.377.937/0001-06; representada por CARLIANE CARNEIRO DE ARAÚJO, CPF: 010.234.733-64; 07- TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.579.468/0001-52 representada por ADRIANO SILVA DO MONTE PALMA, CPF: 061.255.873-80; 08- TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, representada por FRANCISCO ANTONIO ALVES NUEIRA, CPF: 356.790.263-68; 09- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, representada por RAIMUNDO JOSE DA SILVA, CPF: 011.811.863-31; 10- A. C. R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, representada por KAROLAYNE MARIA SILVA PONTES AZEVEDO, CPF: 076.531.353-74. Iniciando os trabalhos a Senhora Pregoeira solicitou os documentos de credenciamento das licitantes que depois de rubricados pela Pregoeira e equipe de apoio e os representantes das empresas: MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO ALVES NUEIRA e FERNANDO BEZERRA SARAIVA que se dispuseram a rubricar todos os envelopes, foram lidos, verificados e analisados, ficaram todos os representantes credenciados na forma do Edital. Ato contínuo a senhora Pregoeira pediu a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e os Envelopes contendo a Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação

dos licitantes. Logo após a senhora Pregoeira rubricou e pediu que a equipe de apoio e os representantes das empresas citadas acima, que se dispuseram a rubricar todos os envelopes. Em seguida a senhora Pregoeira deu início à abertura do envelope contendo as propostas de preço das licitantes, onde foram todas rubricadas pela pregoeira e membros de apoio e os licitantes presentes e os preços orçados ficam registrados no mapa de apuração que segue anexo a esta ata como se nela transcrita fosse. A pregoeira resolveu suspender a sessão para fazer diligência quanto aos itens e valores cotados e solicitou dos licitantes que fosse encaminhado a ficha técnica e marca dos produtos cotados até a data de amanhã 01/10/2020 às 17:00 hrs através do e-mail: prefeituracocal.pi@gmail.com, sob pena de desclassificação do item que não for apresentado a ficha técnica e modelo. A reabertura da sessão será remarcada para o dia 05/10/2020 às 09:00 horas no auditório da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cocal - PI, na rua Domingos Machado, 575, bairro São Pedro, COCAL - PI, 64235-000. Como nada mais havia a ser tratado, a senhora Pregoeira deu por encerrada a sessão e solicitou que fosse lavrado a presente ata que após de lida e achada conforme vai assinada pela senhora pregoeira, demais membros e pelos licitantes, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte

Kylvia Maria Sousa Herculano
Pregoeira

Julinezio Rodrigues de Souza
Secretário

Alanna Thalya de Albuquerque Machado
Membro de Apoio

Licitantes:
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS_____

J. R. D. BRANDÃO EIRELI_____

J. A. OLIVEIRA COMERCIO_____

MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS_____

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA_____

R. C. – MOVEIS LTDA_____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-CNPJ:06.553.895/0001-78
CEP:64.235-000 PRAÇA DA MATRIZ 177 CENTRO
E-mail:prefeituracocal.pi@gmail.com

TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Adriano Julio do Monte Palmeira

TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

A. C. R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP Karlayne Maria Lima Pontes Teixeira

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-CNPJ:06.553.895/0001-78
CEP:64.235-000 PRAÇA DA MATRIZ 177 CENTRO
E-mail:prefeituracocal.pi@gmail.com

Processo administrativo nº 047/2020
Pregão Presencial nº 014/2020
Objetos: A presente licitação objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios para atender o Hospital Estadual Joaquim Vieira de Brito de Cocal.

MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.
1	APARELHO DE ANESTESIA, QUE DEVE ATENDER ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO MÓVEL COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS, EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL E/OU COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA. PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. COM SISTEMA DE AUTO-TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÃO DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO E QUE PERMITA CALIBRAÇÕES SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAGEM DO VENTILADOR. TESTE DE COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO DE PACIENTE COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. TODAS AS PARTES INTERNAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO DEVERÃO SER ISENTAS DE LÁTEX. CAPACIDADE DE REALIZAR ANESTESIA DE BAIXO FLUXO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA 110V A 220V – 60HZ. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 60 MINUTOS E RECARREGAMENTO AUTOMÁTICO AO CONECTAR O EQUIPAMENTO NA REDE ELÉTRICA. COM POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES (SCAVENGING SYSTEM OU AGSS). COM SAÍDA SERIAL, USB E REDE E COM POSSIBILIDADE PARA INTERFACE COM MICROCOMPUTADOR E COMUNICAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS. COM TELA PRINCIPAL TOTALMENTE COLORIDA, COM NO MÍNIMO 10,4" QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA VENTILAÇÃO. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO (UNIVERSAL) PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, SENDO DISTAL AO PACIENTE; OPERAÇÃO EM REDE DE GASES DE O2, N2O E AR COMPRIMIDO. MANÔMETRO PARA MONITORAR A PRESSÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO, ROTÂMETRO MECÂNICO COM ESCALA DE BAIXO E ALTO FLUXO PARA OS 3 GASES OU COM MONITORAÇÃO GRÁFICA DIRETO NA TELA PRINCIPAL. SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EVITAR CONCENTRAÇÕES HIPÓXICAS, ABAIXO DE 25%. CONTROLE DE FLUXO DE PELO MENOS 0,5 A 10L/MIN. COM SISTEMA DE FLUXO DIRETO DE OXIGÊNIO ("FLUSH DE OXIGENIO"); SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O NA AUSÊNCIA DE O2. ENTRADA PARA DOIS VAPORIZADORES SIMULTANEAMENTE, CALIBRADOS, PODENDO SER HALOTANO, ISOFLURANO, ENFLURANO OU SEVOFLURANO COM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO CONTRA VARIAÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE, PRESSÃO ATMOSFÉRICA LOCAL E FLUXO, MANTENDO A CONCENTRAÇÃO CONSTANTE. CANISTER ÚNICO UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800 GRAMAS DE CAL SODADA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS QUE DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO E BY-PASS QUE POSSIBILITA A TROCA DA CAL SODADA MESMO DURANTE A CIRURGIA SEM CAUSAR VAZAMENTOS OU DESPRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA. SISTEMA DO CIRCUITO COMPOSTO DE FOLE ASCENDENTE COM CAMPÂNULA GRADUADA OU PISTÃO OU TURBINA. TODOS OS COMPONENTES QUE FAZEM CONTATO COM O FLUXO DO PACIENTE DEVEM POSSIBILITAR RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR. DEVE POSSUIR VÁLVULAS CONTRA SOBRE PRESSÃO E ANTI-ASFIXIA INCORPORADAS; VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS (APL) GRADUADA VISUALMENTE DE 5 A 70 CMH2O INTEGRADA AO BLOCO RESPIRATÓRIO, NÃO DEVENDO POSSUIR MAIS DE UMA VÁLVULA PARA ESTE FIM; CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO EM SISTEMA SEMIABERTO E SEMIFECHADO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO ATIVO INTEGRADO OU OUTRO SISTEMA QUE VISA À DIMINUIÇÃO DE	UNID	2

	CONDENSAÇÃO DE ÁGUA NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, QUANDO UTILIZA TÉCNICA DE BAIXO FLUXO E REDUZIR RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA. DEVE REALIZAR MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA E DE VIAS AÉREAS; PEEP, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 (FIO2). MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 3 GRÁFICOS SIMULTÂNEOS DE PRESSÃO, FLUXO E VOLUME X TEMPO E LOOPS. DEVE SER DOTADO DE ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS, APNEIA, VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO E FIO2 ALTA E BAIXA COM PRIORIZAÇÃO DE ALARMES EM TRÊS NÍVEIS DE HIERARQUIA E AJUSTE AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARMES QUANDO ALTERADO OS PARÂMETROS EVITANDO ALARMES DESNECESSÁRIOS. FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROLE DO VENTILADOR: VOLUME CORRENTE DE 40 A 1300 ML (EM MODO VOLUME CONTROLADO); PRESSÃO DE 07 A 55 CMH2O COM INCREMENTOS DE 01 CMH2O; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 05 A 60 RESP./MIN.; RELAÇÃO I:E AJUSTÁVEL DE 2:1 A 1:4, PAUSA INSPIRATÓRIA, PEEP: 4 A 20 CMH2O. MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO MANUAL, VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME CICLADA A TEMPO (VCV), VENTILAÇÃO A PRESSÃO (PCV), VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE (PSV) C/ BACKUP DE APNÉIA E RETORNO AUTOMÁTICO, SIMV/VC E SIMV/PC. COM ENTRADA PARA MÓDULO ANALISADOR DE GASES NA PRÓPRIA MÁQUINA COM DADOS INTEGRADOS AO DISPLAY PRINCIPAL DO APARELHO DE ANESTESIA. DEVE ACOMPANHAR MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DOS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), NO MÍNIMO 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA (PI); SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) E 2 CANAIS DE TEMPERATURA. DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD) DE, PELO MENOS, 12 (DOZE) POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 X 600 PIXELS; DEVE APRESENTAR, PELO MENOS, 8 (OITO) FORMAS DE ONDA EM TELA; POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIFERENTES VISUALIZAÇÕES EM TELA, INCLUSIVE COM TELAS DE NÚMEROS GRANDES, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA. DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO OU TOQUE NA TELA; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 (CENTO E VINTE) HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES PARA, PELO MENOS, 50 EVENTOS DESTA NATUREZA; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA FRACA, ETC.); DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS COM UMA ÚNICA BATERIA; DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA BIVOLT (110V – 220V); DEVE PERMITIR CONEXÃO A UMA CENTRAL DE MONITORAÇÃO (ESTA DEVERÁ SER REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SEPARADO), POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO VIA WI-FI; DEVE SE COMUNICAR POR HL7 COM PRONTUARIO ELETRÔNICO DE PACIENTES (HIS). POSSUIR ENTRADAS USB PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS; DEVE INTERCONECTAR-SE VIA REDE LOCAL A OUTROS MONITORES PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE OUTROS LEITOS NO PRÓPRIO MONITOR (LEITO-A-LEITO); NÃO DEVE PESAR MAIS DO QUE 4 KG, SISTEMA SEM VENTOINHAS QUE PREVINE INFECÇÃO CRUZADA E REDUZ RUÍDOS NO AMBIENTE. DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 30 A 85%. ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG: MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (I, II, III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO) VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280 BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE PERMITIR A DETECÇÃO DE PULSOS DE MARCAPASSO IMPLANTÁVEIS OU EXTERNOS; DEVE POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST EM, PELO MENOS, DUAS DERIVAÇÕES DE FORMA SIMULTÂNEA, COM AJUSTE DOS PONTOS DE REFERÊNCIA PARA MEDIDA DO DESNIVELAMENTO, SE NECESSÁRIO; DEVE APRESENTAR 24H DE ANÁLISE DE ECG C/ COM CORREÇÃO DE INTERVALO QT P/ VISUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICA NA PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA E CLASSIFICAR, NO MÍNIMO, 20 (VINTE) PADRÕES DE ARRITMIAS DIFERENTES. RESPIRAÇÃO: AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO DE ECG; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALARME DE APNÉIA. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA:		

	MANUAL, AUTOMÁTICO E STAT; FAIXA DA MEDIDA DA PRESSÃO: 30 A 250 MMHG; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA PRESSÃO: 1 MMHG; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA PRESSÃO EXCESSIVA PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL); PRESSÃO INVASIVA: 02 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, FAIXA DE MEDIDA: 0 - 300 MMHG, RESOLUÇÃO: 1 MMHG. OXIMETRIA (SPO2): FAIXA DE SATURAÇÃO DE O2 ENTRE 40 A 100%; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE SPO2: 1 %; C/ ÍNDICE DE PERFUSÃO PARA AVALIAR A QUALIDADE DA MEDIÇÃO; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40 A 240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM. TEMPERATURA: DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 2 (DOIS) CANAIS DE MONITORAÇÃO; DEVE PERMITIR A MEDIDA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DA TEMPERATURA: 5 A 45 °C; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE TEMPERATURA: 0,1 °C; POSSUIR CAPNOGRAFIA DO TIPO SIDESTREAM POR TER MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO OBRIGATORIAMENTE: 01 CIRCUITO DE PACIENTE TAMANHO ADULTO EM SILICONE CORRUGADOS EXTERNAMENTE E LISOS INTERNAMENTE, PERMITINDO ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO EM SILICONE, PERMITINDO A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO; 01 MANGUEIRA DE 3 METROS PARA OXIGÊNIO; 01 MANGUEIRA DE 3 METROS PARA ÓXIDO NITROSO; 01 MANGUEIRA DE 3 METROS PARA AR COMPRIMIDO; MANUAL OPERACIONAL NA LÍNGUA PORTUGUESA; 01 CABO COMPLETO DE ECG 5 VIAS; 01 (UMA) BRAÇADEIRA TIPO ADULTO; 01 (UM) SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, TIPO "CLIP"; 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEIS TIPO PELE; 01 UNIDADES DE LINHAS DE AMOSTRA E 01 APRISIONADOR DE ÁGUA; 01 BATERIA INTERNA; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO.		
PREÇO DO ESTIAL R$ 123.500,00 (CENTO E VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)			

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 119.000,00	Ñ COTOU	R$ 118.000,00		R$ 34.078,38				R$ 33.865,39	

2	APARELHO DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL, ALTURA 1,47M A 1,92M. MONTADO SOBRE BASE DE FERRO PINTADO MEDINDO 0,56 M X 0,56 M, DOTADO DE 4 PÉS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. 220 VOTS.	UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 344,03 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)			

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 300,00		R$ 592,00					

3	APARELHO DE RADIOLOGIA DIGITAL, APARELHO DE RAIOS X DE150KV/65KW. • TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380VAC, TRIFÁSICO AC / 60HZ, COM FAIXA DE KV DE 40KV A 150KV, COM PASSO DE AJUSTE DE KV DE 1KV, COM FAIXA DE MA 50 A 630MA, FAIXA DE MAS 0,250 A 500 MAS , • TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0,004 A 6,30S ; TIPO DE GERAÇÃO MULTIPULSO (ALTA FREQÜÊNCIA); FOCO DE ATÉ 1.0 / 2.0 MM; VELOCIDADE DO ANODO A PARTIR DE 3000 RPM; DIÂMETRO DO ANODO DE APROXIMADAMENTE 90 MM; TENSÃO MÁXIMA TUBO 150 KV; MÁXIMA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO TÉRMICA A PARTIR DE 400 KHU ; POTENCIA NOMINAL DO ANODO 50 KW (FOCO FINO E GROSSO RESPECTIVAMENTE). • MESA FIXA COM DIMENSÕES DO TAMPO DE NO MÍNIMO 90CM LARGURA X 200 CM COMPRIMENTO; TIPO DO TAMPO/MESA FLUTUANTE; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO ±70CM; DESLOCAMENTO TRANSVERSAL DO TAMPO ±16CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO BUCKY MESA APROXIMADAMENTE 57CM; DISPOSITIVO CENTRALIZADOR CHASSI BUCKY MESA; TAMANHO MÁXIMO DO CHASSI 43 X 43 CM, FREIOS DO MOVIMENTO DO TAMPO ATRAVÉS DE PEDAL ELETROMAGNÉTICO; FREIO DO BUCKY MESA ELETROMAGNÉTICO; PESO SUPORTADO PELA MESA DE 250 KG. GRADE FIXA DA MESA DE 103 LINHAS. • COLUNA/ESTATIVA DE CHÃO OU TETO; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL ESTATIVA PORTA TUBO MANUAL ± 190CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DA ESTATIVA PORTA TUBO COM FREIO TIPO ELETROMAGNÉTICO; DESLOCAMENTO VERTICAL DO BRAÇO PORTA TUBO MANUAL DE 120CM; DESLOCAMENTO VERTICAL DO BRAÇO PORTA TUBO COM FREIO ELETROMAGNÉTICO; ROTAÇÃO DA COLUNA ESTATIVA PORTA TUBO ± 170 GRAUS; LIBERAÇÃO DE FREIO DE ROTAÇÃO DA COLUNA ESTATIVA PORTA TUBO MANUAL POR PEDAL ; PERMITIR GIRO DO TUBO DE RAIOS X AO REDOR DO EIXO DO SUPORTE DO BRAÇO 90° (MOVIMENTO ROTACIONAL); FREIO ELETROMAGNÉTICO DE GIRO DO TUBO DE RAIOS X; INDICAÇÃO DE ÂNGULO LUMINOSO POR GRAVIDADE ;INDICAÇÃO DE PARÂMETROS NO PAINEL KV /MAS /MA. • DETECTOR DR TIPO FLAT PANEL SEM FIO (WIRELESS), PORTÁTIL DE TAMANHO 35X43 CM DISTÂNCIA ENTRE PIXEL 150MM OU MENOR, CINTILADOR DE CSI (IODETO DE CÉSIO), COM TAMANHO DE MATRIZ DE IMAGEM DE APROXIMADAMENTE 2500 X 3000 PIXEL, COM ÁREA APROXIMADA EFETIVA DE IMAGEM DE 358MM X 430MM, COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM DIGITAL (A/D) DE 14 BIT OU MELHOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (ALT ×LARG. × ESP.) 384MM× 460MM× 15MM E PESO MAX DE 3,5 KG OU MENOS. DEVE SER PORTÁTIL, SEM FIO, ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL OU SISTEMA SIMILAR. NO CASO DE BATERIAS, DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR DE BATERIA E NO MÍNIMO 2 BATERIAS SOBRESSALENTE. • CARGA MÁXIMA TOLERADA DISTRIBUÍDA SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR MÍNIMA DE 150KG; O DETECTOR DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP55 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E PROTEÇÃO CONTRA FLUIDOS) CONFORME IEC 60529. • DEVE PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, PARA EXAMES EXTERNOS. RESOLUÇÃO: 14BITS, OU MELHOR; DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM PORTUGUÊS, COM POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR IMAGENS EM IMPRESSORA DRY. SOFTWARE PARA EXAMES DE COLUNA TOTAL. COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS PACS PARA ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO (DICOM STORAGE) E RECEBIMENTO DE CADASTRO DE PACIENTE EM WORKLIST. GERAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO DICOM COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO PARA OUTROS FORMATOS COM JPEG, TIF, GIF E BMP. SOFTWARE DEVE POSSUIR LOGIN E	UNID	1

	SENHA DE MODO A IDENTIFICAR O OPERADOR QUE REALIZOU O EXAME E HIERARQUIA ENTRE ADMINISTRADOR E OPERADOR. DEVE ACOMPANHAR ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO E SOFTWARES LICENCIADOS; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E NA ANATEL. • POSSUIR SISTEMA DE MEDIÇÃO REAL DA RADIAÇÃO DO EXAME EXECUTADO NO PACIENTE COMO TAMBÉM A ÁREA DO TECIDO IRRADIADO. ESTE SISTEMA DE MEDIÇÃO DE "PRODUTO DOSE-ÁREA" (DAP) DEVE SER INSTALADO DE FORMA INTEGRADA E PERMANENTE NO EQUIPAMENTO. TAL MEDIÇÃO DEVE SER FEITA EM MICROGRAY/CM² E ESTE SISTEMA DEVE PERMITIR QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM IMPRESSAS EM FILME OU SEREM ENVIADAS AO PACS. • O SOFTWARE DO APARELHO DE RAIOS X DIGITAL DEVE PROPORCIONAR A CONFECÇÃO DE IMAGENS LONGAS DE DIMENSÕES MÍNIMAS 1,60M POR 0,35M, MONTANDO DE FORMA AUTOMÁTICA AS AQUISIÇÕES RADIOGRÁFICAS . DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DE MEDIÇÃO DESTAS IMAGENS, POSSIBILITANDO O REGISTRO DE TAIS MEDIDAS NA IMPRESSÃO OU NA VISUALIZAÇÃO NO MONITOR DA CONSOLE DO EQUIPAMENTO OU NO ENVIO PARA UM SISTEMA PACS. • POSSUIR UMA CONSOLE, ANEXA À ESTRUTURA DO TUBO - COLIMADOR DO APARELHO DE RAIOS X , QUE PERMITA AO OPERADOR A VISUALIZAÇÃO IMEDIATA DAS IMAGENS DOS EXAMES , ACEITAR OU REJEITAR TAIS IMAGENS, ATUAR NA TÉCNICA DOS EXAMES NOS PARÂMETROS KVP E MAS. • GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. • DEVE EXIGIR QUE O FABRICANTE APRESENTE O DETECTOR E O APARELHO DE RAIOS X EM UM MESMO REGISTRO NA ANVISA • DEVE TER SUPORTE TÉCNICO PRESTADO POR TÉCNICO COMPROVADAMENTE TREINADO E CONTRATADO POR CLT PELA EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO NA ANVISA, QUE COMPROVE RESIDÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.		

PREÇO DO EDITAL R$ 156.066,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 149.000,00		R$ 158.400,00				R$ 157.410,00	

4	APARELHO DE ULTRASSOM: Equipamento transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico. Transdutores multifrequênciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional. Medidas	UNID	1

	automáticas, através da detecção automática de bordos, para realização automática de fração de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. Software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes. Software de análise automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. HD interno de pelo menos 500 GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4. Conectividade de Rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI(padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de Imagens em Pen Drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel. Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Cardíaco Setorial Adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz; Transdutor Cardíaco Setorial Pediátrico que atenda as frequências de 4.0 a 6.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11.0 MHz; Transdutor Transesofágico Multiplanar que atenda as frequências de 3.0 a 6.0 MHz, trabalho com faixa de frequência harmônica. Acessórios: Impressora a laser colorida, ECG de 3 vias, suporte para transdutor transesofágico e no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante		

PREÇO DO EDITAL R$ 272.000,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 268.000,00		R$ 156.480,00				R$ 155.502,00	

5	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO EM CHAPA DE AÇO SUPER REFORÇADA, NA COR CINZA, MEDINDO 1,98 X 0,9 X 0,4 M, DUAS PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA TIPO MAÇANETA CROMADA COM CHAVES	UNID	15

PREÇO DO EDITAL R$ 466,07

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME			MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 380,00		R$ 390,00		R$ 768,00		R$ 452,45		R$ 763,20	
6	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS DE CHAPA 26. TIPO DE FECHAMENTO CADEADO. ALTURA: 1,96M LARGURA: 0,63CM PROFUNDIDADE: 0,36M QUANTIDADE DE PORTAS: 8 CHAPA: CORPO 26 / PORTAS 22.								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 798,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 580,00		R$ 590,00		R$ 1.200,00		R$ 771,20		R$ 1.192,50	
7	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS LATERAIS DE CHAPA.ARMÁRIO TIPO VITRINE.ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA.DUAS PORTAS EM VIDRO COM ESPESSURA DE 3MM COM ABERTURA DE 180° E FECHADURA TIPO YALE.LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA COM QUATRO PRATELEIRAS DE VIDRO COM ESPESSURA DE 4MM.PÉS EM TUBO QUADRADO DE 25X25MM PAREDE 1,2MM, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI.DIMENSÕES:LARGURA: 0,70M; ALTURA: 1,60M; PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,35M.								UNID	8
PREÇO DO EDITAL R$ 583,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 480,00		R$ 460,00		R$ 608,00		R$ 471,05		R$ 604,20	
8	ARQUIVO DE AÇO: ARQUIVO ESCRITÓRIO, NOME ARQUIVO ESCRITÓRIO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, FECHADURA CARRO TELESCÓPIO. TAMANHO 133 X 46 X 70 CM								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 475,67										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 338,69		R$ 400,00		R$ 592,00		R$ 474,45		R$ 583,30	
9	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - CAPACIDADE DE 10 LITROS. SILENCIOSO PARA TRABALHOS CONTÍNUOS COM BAIXO RUÍDO (MENOR QUE 60 DBA); PORTÁTIL, COM ALÇA DE EMPUNHADURA NA PARTE FRONTAL, MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO, COM FREIO; EQUIPAMENTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBA IEC 601-1/94; EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1 – PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA; CAIXA DE PROTEÇÃO DO GRUPO MOTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM SISTEMA DE EXAUSTÃO FORCADO DE AR; COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA DO MOTOR DE ¼ HP; CABEÇOTE ALETADO QUE FACILITA A DISSIPAÇÃO DO CALOR; FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE DIAFRAGMA DE NEOPRENE E NYLON, ELIMINANDO AS SUPERFÍCIES DE FRICÇÃO; ISENTO DE ÓLEO; MICRO-FILTRO PARA FILTRAGEM DE AR ATÉ 0,5 MÍCRON; REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX, DE PASSO FINO; VACUÔMETRO, CALIBRADO ATE 29 POL HG (760 MMHG); VÁLVULA DE ESFERA PARA BLOQUEIO DA PASSAGEM DO LÍQUIDO PARA O CABEÇOTE; KIT PEDAL DE ACIONAMENTO". ELÉTRICO, PARA USO INTERMITENTE, COM TECLA COMUTADORA PARA OPÇÃO DE USO INTERMITENTE/CONTÍNUO; KIT ALARME PARA NÍVEL DE LIQUIDO COM TECLA DE DUPLA FUNÇÃO PARA INIBIR O SOM DO ALARME E RELIGAÇÃO DO APARELHO; CÂNULADESCARTÁVEL COM EXTENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 2,0 M DE COMPRIMENTO; SUPORTE PARADUAS CÂNULAS; TAMPÃO DO FRASCO PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA; LÂMPADA PILOTO PARA INDICAÇÃO DELIGAÇÃO GERAL; ACOMPANHA: 2 FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOSE A ALTA TEMPERATURAS (121C), DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS PORFRASCO, GRADUADOS EM ALTO-RELEVO; FLUXO DE AR MÁXIMO 24 L/MIN; VÁCUO MÁXIMO 22 POLHG /560 MMHG; MEDIDAS EXTERNAS (L X P X H):45 X 52 X 120 CM; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLTSCOM CHAVE DE COMUTAÇÃO; POTÊNCIA ELÉTRICA PREVISTA: 540VA – FREQUÊNCIA: 60HZ.								UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 3.851,67										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.851,67		R$ 3.108,00		R$ 3.630,40				R$ 3.607,71	

10	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO ELETRÔNICO, COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ DEFINIDOS. COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA DE TRABALHO DE 90 A 135 E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ATÉ 99 MINUTOS CADA. DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS PROGRAMAS, FASES DO CICLO PRESSÃO TEMPO E TEMPERATURA. TECLADO NUMÉRICO DE 0 A 9 MAIS TECLAS DE FUNÇÃO. CHAVE INTERRUPTORA COM LÂMPADA PILOTO. MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA. MANOVACUÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA. CÂMARA INTERNA COM FORMATO RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 100 LITROS (MÍNIMO), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L, COM ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO BRILHANTE E CÂMARA EXTERNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. TESTADAS HIDROSTATICAMENTE CONFORME NR 13. DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO TÉRMICA, ATRAVÉS DE CAMADAS DE LÃ DE ROCHA ALUMINIZADA, E REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPAS GALVANIZADAS PARA EVITAR PERDA DE CALOR E AQUECIMENTO DO AMBIENTE DE TRABALHO. DOTADA DE PONTO DE TOMADA DE TEMPERATURA E VALIDAÇÃO. NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PORTA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MACIÇA E ABAULADA INTERNAMENTE, COM ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO E BRILHANTE. COMANDADA POR VOLANTE CENTRAL, TEM SEU FECHAMENTO HERMÉTICO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE HASTES DE APERTO NOS ORIFÍCIOS DO FLANGE, E DOTADO DE GUARNIÇÃO DE SILICONE, QUE GARANTE TOTAL VEDAÇÃO DO VAPOR. FLANGE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHANTE. SISTEMAS DE SEGURANÇA COM: • TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, COLOCADA NO INTERIOR DO EIXO CENTRAL DA PORTA, IMPEDINDO A SUA ABERTURA QUANDO HOUVER PRESSÃO NA CÂMARA INTERNA; • VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO IMEDIATO NA CÂMARA EXTERNA, CASO A PRESSÃO ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE TRABALHO; • VÁLVULA MANUAL, PARA DESCARGA TOTAL DO VAPOR E PRESSÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA; PRESSOSTATO DE SEGURANÇA E CONTROLE NA CÂMARA EXTERNA E CÂMARA INTERNA; • CONTROLE DE NÍVEL E ELETRODOS, PARA CONTROLE DA ENERGIA ELÉTRICA NAS RESISTÊNCIAS CONFORME O NÍVEL DE ÁGUA, PROTEGENDO-AS CONTRA QUEIMA; REGISTRO DE AGULHA ACOPLADO À CÂMARA INTERNA PARA DESCOMPRESSÃO LENTA E ELIMINAÇÃO DA UMIDADE; • REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO ENTRE A CÂMARA INTERNA E EXTERNA PARA CONTROLE DA INJEÇÃO DE VAPOR NOS TESTES DE BOWIE DICK; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 170X65X90 CM POTÊNCIA: 11KW TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR DE VAPOR ACOPLADO À CÂMARA EXTERNA. FABRICADO EM AÇOINOXIDÁVEL AISI 304. ABASTECIDO AUTOMATICAMENTE POR MEIO DE BOMBA DE ÁGUA, COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ACOPLADAS AO EQUIPAMENTO. COM ELETRODOS OU	UNID	1

	BÓIA PARA CONTROLAR O NÍVEL DE ÁGUA E CORTAR A CORRENTE ELÉTRICA NO CASO DE OBSTRUÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PROTEGENDO AS RESISTÊNCIAS CONTRA QUEIMA. • SISTEMA DE VÁCUO: DOTADO DE UMA BOMBA DE VÁCUO PARA PROCESSAR AS OPERAÇÕES DE PRÉ-VÁCUO E SECAGEM, POR EXTRAÇÃO DA UMIDADE DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS. ABASTECIMENTO DOTADO DE UMA BOMBA DE ÁGUA PARA ABASTECER AUTOMATICAMENTE O GERADOR DE VAPOR ANTES OU DURANTE OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECÊ-LO MESMO QUANDO PRESSURIZADO. COM PAINEL SUPERIOR QUE ACOMODA OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE, DOTADO DE VENTILAÇÃO FORÇADA ALÉM DE ACOMODAR O CONTROLADOR DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA GABINETE MONTADO EM ARMAÇÃO DE CANTONEIRAS SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE. REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ESCOVADO. SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE 1,5 HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA ACESSÓRIOS 01 RACK FABRICADO EM AÇO INOX, PARA ACOMODAR OS MATERIAIS MEDINDO APROXIMADAMENTE 41 X 41 X 60 CM 01 IMPRESSORA SERIAL MATRICIAL, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DO CICLO SELECIONADO.										
	PREÇO DO EDITAL R$ 93.766,67										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
E. L.	R$ 81.820,00		R$ 89.500,00		R$ 104.000,00				R$ 103.350,00		
11	AUTOCLAVE HOSPITALAR 48L									UNID	2
	PREÇO DO EDITAL R$ 5.679,83										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 5.532,80		R$ 5.200,00		R$ 7.632,00				R$ 7.624,05	
12	AUTOCLAVE VERTICAL CAP. 21LT. COM CUBA DE INOX								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 3.089,10										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.089,10		R$ 3.040,00		R$ 3.638,00				R$ 3.615,66	
13	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, Capacidade de até 200kg e régua antropométrica de até 02 metros.								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 973,08										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 960,00		R$ 973,00		R$ 1.070,40				R$ 1.063,61	R$ 970,00
14	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Modo de operação/capacidade: digital/ até 15kg dimensões da concha: mínimo 540x290 (mm) tara: possui								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 570,32										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 540,00		R$ 570,00		R$ 726,40				R$ 721,86	
15	BALCÃO TÉRMICO BANHO MARIA ELÉTRICO EM AÇO INOX ESCOVADOVERSÃO FIXA COM 6 CUBAS E TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO; 220V; MEDIDA APROXIMADA: ALTURA: 23 CM X LARGURA: 105 CM X PROFUNDIDADE: 61 CM; PESO APROXIMADO: 20 KG.								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 2.879,33										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.400,00		R$ 2.400,00				R$ 2.385,00	
16	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS: material aço inox, capacidade 20 litros, características adicionais tipo a chute com rodízios giratórios, aplicação cirurgia , material estrutura aço inoxidável								UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 393,58										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 320,00		R$ 656,00		R$ 392,45		R$ 651,90	
17	BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA INOX REFRIGERADO- ÁGUA GELADA E NATURAL; CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; TORNEIRAS EMBUTIDAS; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 31X96X34 CM; MÁSCARA COLORIDA REMOVÍVEL E PINGADEIRA REMOVÍVEL.								UND	5
PREÇO DO EDITAL R$ 2.020,33										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.540,00		R$ 2.432,00	R$ 1.920,00	R$ 2.019,45		R$ 2.416,80	
18	BEBEDOURO DE MESA PARA ÁGUA REFRIGERADO BRANCO- PARA GALÃO DE 20 L; ÁGUA GELADA E NATURAL; CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; TORNEIRAS EMBUTIDAS. 01 DISPENSER PARA								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 862,33										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS,	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		SYSTEMS LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 740,00		R$ 784,00	R$ 819,00	R$ 861,45		R$ 779,10	
19	BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR CESTO EM ACRÍLICO BASE EM INOX. DIMENSÃO APROXIMADA DO CESTO EM ACRÍLICO: 740 X 420 X 140 MM. PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM COLCHONETE IMPERMEÁVEL								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 869,97										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 869,97		R$ 690,00		R$ 1.219,20		R$ 868,45		R$ 1.211,58	
20	BIOMBO DUPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX CORTINAS BRIM CRU COM RODÍZIOS. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, COM UM EIXO GIRATÓRIO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. DIMENSÕES (ABERTO): Comprimento: 1,20 m X Altura: 1,80 m								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 244,32										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 244,32		R$ 240,00		R$ 276,80		R$ 243,45		R$ 275,07	
21	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX CORTINAS BRIM CRU COM RODÍZIOS. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, COM DOIS EIXOS GIRATÓRIOS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. DIMENSÕES (ABERTO): Comprimento: 1,80 m X Altura: 1,80 m								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 904,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 904,00		R$ 620,00		R$ 1.145,60		R$ 858,65		R$ 1.138,44	
22	BISTURI ELÉTRICO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, EM CIRURGIAS GERAIS. DEVE FUNCIONAR NOS MODOS BIPOLAR E MONOPOLAR; POSSUIR OS MODOS DE OPERAÇÃO DE CORTE, COAGULAÇÃO E MISTO (CORTE + COAGULAÇÃO). PARA O MODO MONOPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA DE CORTE 300 W E POTÊNCIA MÁXIMA DE COAGULAÇÃO 120W. PARA O MODO BIPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 80 W. SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE CONTATO PARA PLACA DE PACIENTE; AJUSTE DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE POTÊNCIA DE COMANDO MANUAL OU POR TECLAS BLINDADAS NO PAINEL FRONTAL QUE DEVEM SER A PROVA DE LIQUIDOS; ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO ATRAVÉS DE CANETA COMANDO MANUAL, ALÉM DO ACIONAMENTO NORMAL POR PEDAL DE DUPLO COMANDO; ACIONAMENTO DO MODO BIPOLAR COM PEDAL INDEPENDENTE DO MONOPOLAR; SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL COM TONS DIFERENCIADOS EM MODO DE CORTE E COAGULAÇÃO, PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA; VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO; 03 MODALIDADES DE CORTE (BAIXO PARA TECIDOS DELICADOS OU CIRURGIA LAPAROSCÓPICA; PARA CORTE LIMPO COM POUCA HEMOSTASIA E COMBINADO PARA CORTE LENTO) INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE; MODALIDADES DE COAGULAÇÃO: DESSECAÇÃO, FULGURAÇÃO E SPRAY INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE; 02 MODALIDADES DE BIPOLAR: BIPOLAR E MICROBIPOLAR. SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS PARA OS MODOS MONOPOLAR E BIPOLAR; SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE PLACA PACIENTE QUE BLOQUEIE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA FALHA NA CONTINUIDADE DO CABO E OU CONEXÃO PLACA-CABO; INDICADOR DE IMPEDÂNCIA DO CONTATO DA PLACA DE PACIENTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 110/220 VOLTS 60HZ; INDICAÇÃO DAS POTENCIAS MÁXIMAS DE SAÍDA EM CADA MODO DE OPERAÇÃO. ACESSÓRIOS: CARRO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS E PRATELEIRA PARA ACESSÓRIOS; 01 PEDAL DE ACIONAMENTO DUPLO COMANDO A PROVA D'ÁGUA E EXPLOSÃO PARA								UNID	2

	USO EM MODO MONOPOLAR; 01 PEDAL DE ACIONAMENTO SIMPLES COMANDO; 01 PLACA DE RETORNO PERMANENTE DE AÇO INOX COM CABO COMPATÍVEL.		

PREÇO DO EDITAL R$ 30.220,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 30.220,00		R$ 29.000,00		R4 39.520,00				R$ 39.273,00	

23	BOMBA DE INFUSÃO LINEAR: Bomba de infusão, apropriada para infusão de soluções tanto por via enteral quanto por via parenteral, que incorpore todos os requisitos de segurança estabelecidos pela ANVISA. Vazão 0,1 999,9 ml/h em passos de 0,1ml/h, Vazão com a função BOLUS ativada 999,9 ml/h, Volume total a ser infundido 0,1 a 999,9 ml em passos de 0,1 ml 1000 a 999,9 ml em passos de 1 ml, Precisão +- 5% (típico), volume máximo infundido em condição de falha única 0,5 ml, Pressão máxima de infusão 1,5 bar (limitado mecanicamente), acionamento do alarme de oclusão na vazão no tempo para alarme no volume de Bolus gerado 1 ml/h - 25 ml/h 50 min - 1000 seg 0,9 ml - 0,8 ml; acionamento do alarme de oclusão de equipos da vazão do tempo para alarme no volume de Bolus gerado 1 ml/h - 25 ml/h 20 min - 40 seg 0,20 ml - 0,26 ml; alarme de ar na linha* atuação instantânea ajustável em bolhas de ar de 0,05 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml, ou 0,5 ml; volume de ar acumulado de 1,0 ml em 1 hora (a partir de bolhas de ar de 0,03 ml); Sensibilidade do sensor para bolhas de ar de 0,03 ml; KVO ou KVO* ajustável de 1 ml/h a 5 ml/h, em passos de 1 ml/h, tempo máximo em KVO 20 minutos, alimentação elétrica energizado internamente por bateria de 8 VCC alimentação externa de 12 VCC, consumo máximo 8,4 W, fontes de alimentação externa no peso da fonte de alimentação Banda larga (100 a 240 V~) 50/60 Hz 0,4 Kg (banda larga, 100 a 240 V~), Dimensões em mm (sem fonte de alimentação externa) 125 x 150 x 235 (A x P x L), Peso (sem fonte de alimentação externa 2,1 Kg, Umidade relativa 20% a 90% (não condensado), Temperatura de operação na temperatura de armazenamento 5 a 40 °C -10 a 60 °C; Tipo de bateria no método de recarga de bateria no tempo de operação em bateria (vazão = 25 ml/h) 8VCC (4x2 VCC) gel selada de 2,5 a corrente constante e flutuação ao atingir a tensão de standby 5 horas; Detecção de gotas Interrupção de feixe infravermelho; Detecção de ar Ultrassom; Princípio de bombeamento Peristáltico linear tipo dedilhamento; Garantia mínima de 1 ano.	UNID	6

PREÇO DO EDITAL R$ 4.002,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS,	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		SYSTEMS LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 4.002,00		R$ 3.840,00		R$ 5.520,00				R$ 5.485,50	
24	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8' X 0,9MM; BASE EM QUATRO PÉS TUBULARES, HASTE EM AÇO INOX ¾' X 0,9MM, APOIO DE BRAÇO EM CHAPA AÇO INOX 0,80MM.ALTURA MÍNIMA: 0,80MALTURA MÁXIMA: 1,16M.								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 182,07										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 170,00		R$ 154,00		R$ 156,80		R$ 181,45		R$ 155,82	
25	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06? COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA.								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 412,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 412,00		R$ 360,00		R$ 238,24		R$ 411,45		R$ 236,75	
26	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL SIMPLES. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA EM EPOXI-PÓ.RODAS TRASEIRAS COM 4 ROLAMENTOS E FREIOS BILATERAIS.RODAS DIRECIONAIS PEQUENAS DIANTEIRAS 6" (150MM).TODOS OS PNEUS MACIÇOS.ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON SIMPLES.APOIOS DE PÉS TUBULAR, RETRATEIS.APOIO DE BRAÇOS FIXOS.MEDIDAS:ALTURA: 95CM; LARGURA DO ASSENTO: 42CM; LARGURA TOTAL: 64CM; COMPRIMENTO: 100CM; PESO: 17KG; CAPACIDADE: 80KG.								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 866,93										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 866,93		R$ 690,00		R$ 643,04	R$ 860,00	R$ 865,45		R$ 639,02	
27	CADEIRA EMPILHÁVEL PLÁSTICA ERGONÔMICA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO.ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS.ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP). ESTRUTURA:• SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM.•SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾'.• PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM.OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA.• PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C.MEDIDAS: ASSENTO LXP: 46CM X 42CM ENCOSTO LXA: 46CM X 30CMTOTAL CADEIRA LXPXA: 54CM X 53CM X 82CM CAPACIDADE CARGA: 110KG.								UNID	60
PREÇO DO EDITAL R$ 138,67										

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-CNPJ:06.553.895/0001-78
CEP:64.235-000 PRAÇA DA MATRIZ 177 CENTRO
E-mail:prefeituracocal.pi@gmail.com

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
E. L.	R$ 138,67		R$ 110,00		R$ 156,80		R$ 137,45		R$ 155,82			
28	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BASE COM REGULAGEM DE ASSENTO E ENCOSTO PREENCHIDO POR ESPUMA INJETÁVEL DE QUALIDADE, BRAÇOS COM ALTURA AJUSTÁVEIS E BASE BLACK SISTEM QUEM PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA E A INCLINAÇÃO PARA TRÁS. SUPORTA ATÉ 120 KG. ESTRUTURA PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA. REVESTIMENTO EM TECIDO SUEDE AZUL DE QUALIDADE. CADEIRA ERGONÔMICA 100% NACIONAL COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR17. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 62 X 102 X 60 CM. MEDIDAS INTERNA: PROFUNDIDADE ASSENTO 47CM; LARGURA ASSENTO 48 CM; ALTURA ENCOSTO: 53 CM.										UNID	20
PREÇO DO EDITAL R$ 350,33												
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
E. L.			R$ 320,00		R$ 883,20		R$ 349,45		R$ 877,68			

29	CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES EM POLIPROPILENO: CARACTERÍSTICAS: 1) ASSENTO: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrutura será por meio de 06 parafusos autoatarraxantes, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 378 mm, no mínimo, na cor a definir. 2) ENCOSTO: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de 8mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto; Largura de 462 mm e extensão vertical do encosto de 283 mm, na cor a definir. 3) ESTRUTURA: Composta por 04 pés, confeccionada em tubo de aço carbono 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto; A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm; A estrutura de união do assento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diâmetro de 7mmm, três em cada lado. O primeiro furo distanciado 35 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados, respectivamente, 98mm e 88mm considerando o primeiro furo. Possui também dois furos com diâmetro de 8mm, um de cada lado, na parte superior da estrutura a 63mm da extremidade, para fixar o encosto. 4) ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. C/ ASSENTO E ENCOSTO DE CHAPA ESMALTADA	UNID	10

PREÇO DO EDITAL R$ 91,83

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 91,83		R$ 90,00		R$ 118,40		R$ 89,45		R$ 117,66	

30	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL PINTURA ESMALTE POLIURETANO ALTA RESISTÊNCIA, COMPONENTES: COLETA DE SANGUE COM CONCHA E APOIO REMOVÍVEL, ESTOFADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONADA POR CILINDRO PNEUMÁTICO. ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS; DIMENSÕES: NORMAL 1X0,70X0,46M E RECLINADA 1,56X0,70X0,46M, ESTRUTURA DO LEITO TUBO QUADRADO 25X25MM E BASE REDONDOS 32 MM	UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 394,17

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 394,17		R$ 360,00		R$ 456,00		R$ 392,45		R$ 453,15	

31	CALANDRA DE ALTA PRODUÇÃO (COM CILINDRO ACIMA DE 2 METROS) - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA PASSAGEM DE TECIDOS PLANOS. CALANDRA DE 2 ROLOS COM TAMANHO DE 3M DE COMPRIMENTO. AQUECIMENTO A GÁS, VAPOR OU ELÉTRICO. FABRICADA COM CALHA DE AÇO INOX AISI 304 E POLIDA. CILINDRO REVESTIDO COM FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. ENTRADA DAS ROUPAS ATRAVÉS DE MESA DE AÇO INOX AISI304; ENTRADA E SAÍDA DA ROUPA PELA PARTE FRONTAL. PAINEL DE COMANDO COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO, BOTÃO SELETOR DA ROTAÇÃO DO CILINDRO, E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE REVERTE O CILINDRO CASO O OPERADOR TOQUE A GRADE DE PROTEÇÃO. TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE MOTOR REDUTOR COROA EFIXO SEM FINS TRATADOS E RETIFICADOS TOTALMENTE FECHADA.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 30.578,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 30.578,00		R$ 27.200,00		R$ 115.200,00				R$ 114.480,00	
32	CAMA BOX SOLTEIRO, COLCHÃO ESPUMA D33 - 88X188X60CM CAPACIDADE DE 100KG.								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 512,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 490,00		R$ 512,00				R$ 508,80	
33	CAMA DE FAWLER INFANTIL: Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PESEIRA removíveis totalmente preenchidas sem vãos ou grades, fabricadas em material poliuretano injetado ou similar, com decoração infantil com temas de animais, sendo que a decoração deve ser resistente a limpeza inclusive lavagem; CHASSI: fabricado em tubo quadrado de aço de aproximadamente 30 x 30 x 1,2 mm, com pintura eletrostática a pó. ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em longarinas de aço perfilados em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro secções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorso 70º; Fawler; Flexão de Joelhos 20°; Vascular; Elevação do Leito; movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Grades laterais em toda extensão do leito, fabricadas em aço inox, retangulares, ambas de abaixar, bordas em "L" ou em curva única, com sistema de travamento e destravamento de forma rápida; Para-choque de borracha redondo nos 4 cantos do berço para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externas: 165 x 80 cm (variação ± 5 cm); Altura: 65 cm x 100 cm (variação ± 10 cm); Capacidade de carga até 80kg. Acompanha: colchão revestido em courvim densidade mínima D28 revestido com capa antibacteriana, com selo registro no INMETRO. Suporte para soro em aço inoxidável								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 1.044,83										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME			MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 1.044,83		R4$ 980,00		R$ 1.680,00		R$ 1.043,45		R$ 1.669,50	
34	CAMA HOSPITALAR 8 MOVIMENTOS MOTORIZADA. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, VASCULAR, FLEXÃO DE PERNAS,SENTADO, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DO LEITO, TRENDELEMBURG E REVERSO DO TRENDELEMBURG (PROCLIVE). DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 C M. ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 48 CM. ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM. GRADES LATERAIS: 64X28 CM CADA. CAPACIDADE DA CAMA: 180 KG. CABECEIRA, PESEIRA E GRADE LATERAIS EM POLIETILENO INJETADO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCEIS DE SEGURAR, PROTEGEM SEM RESTRINGIR OS MOVIMENTOS DO LEITO. CORES DOS DETALHES DA CABECEIRA AZUL.DOTADA DE SISTEMA MECÂNICO, A MESMA ACOPLA-SE ABAIXO DO LEITO PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR FACILIDADE AO DESCER DA CAMA, FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ EPÓXI.LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA DE 1,20MM E REFORÇOS EM TUBOS QUADRADOS DE 20×20MM DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DE POLIPROPILENO COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE EM GEL COAT.MOVIMENTO DAS ARTICULAÇÕES ATRAVÉS MOTOR ELÉTRICO BIVOLT IMPORTADO DE TECNOLOGIA ALEMÃ.FABRICADA EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO CARBONO ASTM DE 50X30X 1,2MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, COM RODÍZIOS BLINDADOS, MACIÇOS									
	PREÇO DO EDITAL R$ 8.201,33									

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 8.201,33		R$ 6.900,00	R$ 8.200,00	R$ 7.680,00		R$ 8.199,45		R$ 7.632,00	

35	CARRINHO DE PARADA E EMERGÊNCIA COMPLETO COM SUPORTE PARA DESFIBRILADOR. ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO DE AÇO QUADRADO. COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO SENDO A 1ª COM DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA AS 04 GAVETAS. CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO NA DIAGONAL. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO, INCLUSIVE O TAMPO. ACOMPANHA: TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 02 GANCHOS EM FORMA DE (T); SUPORTE PARA DESFIBRILADOR; SUPORTE PARA CILINDRO; FILTRO DE LINHA. DIMENSÃO APROXIMADA: 700 X 500 X 800 MM.	UNID	4

PREÇO DO EDITAL R$ 2.406,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 2.406,67		R$ 2.000,00		R$ 2.000,00		R$ 2.219,45		R$ 1.987,50	

36	CARRO AUXILIAR TRANSPORTE EM AÇO INOX- COM 3 BANDEJAS; ALÇA DE MOVIMENTO EM TUBO; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 75CM, LARGURA 45CM; ALTURA 85CM; RODÍZIOS INDUSTRIAIS 04 UNIDADES 3" (POL.) SERVIÇOS PESADOS.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 2.254,73

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.980,00		R$ 2.688,00		R$ 1.612,25		R$ 2.671,20	

37	CARRO CURATIVO INOX C/ RODÍZIO C/ SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX: Carro aço inox para curativo, tipo estrutura estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio, rodízios giratórios, acessórios gradil, suporte p/balde e bacia, medida 45 x 75 x 80, outros componentes balde aço inox 5l, bacia aço inox. Carro curativo, em aço inox: totalmente em aço inox aisi-304 polido. Demais características: estrutura em tubo de aço inox 3/4"parede-18; 2 prateleiras em chapa de aço inox nº 20; grades em vergalhão inox 5/16" contornando as prateleiras 5 cm acima; batente de borracha em volta do carro; 4 rodizios giratórios de 2", sendo 2 travaveis; dimensões (axlxc): 75x45x80 cm.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 837,17

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 837,17		R$ 740,00		R$ 1.096,00		R$ 752,95		R$ 1.089,15	

38	CARRO MACA C/GRADE LATERAL MÓVEL ESMALTADA C/RODÍZIO E BORRACHA DE PROTEÇÃO, SUPORTE P/SORO INOX E COLCHONETE MED. 1.90X50X80	UNID	8

PREÇO DO EDITAL R$ 862,30

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 2.400,00		R$ 790,00		R$ 2.456,00		R$ 703,45		R4 2.440,65	

39	CARRO P/ TRANSPORTE DE ROUPAS INOX C/ RODÍZIO E BORRACHA DE PROTEÇÃO	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 2.037,73

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.640,00		R$ 2.318,40		R$ 1.738,25		R$ 2.303,91	

40	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: carro para transporte e armazenagem de um cilindro de gás medicinal de 50 L (10m3), montado sobre rodas, sendo duas traseiras maciças de no mínimo 3 polegadas e duas dianteiras maciças ou pneumáticas de no mínimo seis polegadas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor branca e correntes para fixação do cilindro.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 341,60

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 320,00		R$ 387,20				R$ 384,78	

41	CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMADE 20 KG) – TIPO TRIPÉ, CAPACIDADE DE 21 A30KG, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,COM PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 31.890,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 31.890,00		R$ 29.700,00		R$ 17.600,00				R$ 17.490,00	

42	COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/ 2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10 /100/1000. PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I5 OU SI MILAR, EQUIVALENTE, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE), VELOCIDADE DE CLOK DE NO MÍ NIMO 3.0 GHZ, MEMÓRIA CACHE 6MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 1TB, FONTE ATX 500W, PLACA DE VÍDEO 1GB OU SUPERIOR, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 21" OU SUPERIOR, TECLADO A	UNID	12

PREÇO DO EDITAL R$ 3.050,90

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.050,90		R$ 2.840,00		R$ 3.184,00	R$ 3.049,00			R$ 3.164,10	

43	**AR CONDICIONADO 12.000 BTU's:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de12.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; Funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.	UNID	20

PREÇO DO EDITAL R$ 1.664,60

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.560,00		R$ 2.223,84	R$ 1.664,00	R$ 1.663,45		R$ 2.209,94	

44	**AR CONDICIONADO 18.000 BTU's:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de 18.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; Funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.	UNID	8

PREÇO DO EDITAL R$ 2.454,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.320,00		R$ 3.567,84	R$ 2.454,00	R$ 2.449,45		R$ 3.545,54	

45	**AR CONDICIONADO 22.000 BTU's:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de 22.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; Funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 2.685,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.600,00		R$ 4.351,84	R$ 2.685,00	R$ 2.679,45		R$ 4.324,64	

46	**AR CONDICIONADO 9.000 BTUs:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de 9.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.	UNID	15

PREÇO DO EDITAL R$ 1.546,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.			R$ 1.490,00		R$ 2.119,84	R$ 1.546,00	R$ 1.539,45		R$ 2.106,59	
47	DESFIBRILADOR PORTÁTIL: Desfibrilador Externo Automático, Com uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil, Com forma de onda bifásica, Deve possuir software, teclas e indicações em português, Com guia do usuário através de comandos de voz em português, Com detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90%, Com análise da impedância torácica, Deve possuir sistema de autoteste, Deve possuir memória para gravação de ECG (mínimo de 30 min.) e eventos (mínimo 10), Deve possuir proteção contra poeira e respingos de água, Deve possuir tecla para aplicação de choque, Devem seguir as diretrizes do protocolo Guideline da AHA, Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 04 Kg, Deve possuir indicações mínimas, em display de cristal líquido (LCD), Com indicação do nível de carga da bateria, Com display para monitoração de ECG, Com velocidade: 25 mm/s no mínimo, Deve medir a frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Com monitoração do ECG via pás adesivas, Desfibrilação: a) Com escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada), b) Deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás, c) Com tempo de carga máxima: até 12 segundos, d) Com descarga interna automática quando do desligamento do equipamento, e) Com descarga interna automática se não houver disparo; A bateria do Desfibrilador deve: a) Possuir tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 05 anos, b) Possibilitar no mínimo 180 choques com carga máxima ou 5 horas de monitoração contínua (ECG), Deverá acompanhar cada equipamento: a) 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega c) 01 (uma) bolsa ou maleta para transporte, com alça.									UNID	3
PREÇO DO EDITAL R$ 8.966,64										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 8.966,64	R$ 8.966,00	R$ 8.900,00		R$ 9.907,20				R$ 9.845,28	

48	ELETROCARDIÓGRAFO INTERPRETATIVO DIGITAL 12 CANAIS. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃOIMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAXFÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLAINTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXASBATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃOSOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM.ACOMPANHA: CABO DE FORÇA COM 3 PINOS; CABO PACIENTE 10 VIAS; CONJUNTO DE 6 ELETRODOS PRECORDIAIS E 4 ELETRODOS DE MEMBROS; 01 BOBINA DE PAPEL TERMO SENSÍVEL COM RENDIMENTO PARA 100 EXAMES; 01 TUBO DE GEL CONDUTOR; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110 E 220 VOLTS	UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 13.986,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 13.986,67		R$ 12.000,00		R$ 8.251,20				R$ 8.199,63	

49	ESCADINHA 2 DEGRAUS AUXILIAR, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PISO EM COMPENSADO REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ.	UNID	30

PREÇO DO EDITAL R$ 170,27

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 170,27		R4 120,00		R$ 136,00	R$ 170,00	R$ 94,25		R$ 135,15	

50	ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 1,98 DE ALTURA, 0,92 DE LARGURA E 0,30 DE PROFUNDIDADE, COM 6 BANDEJAS. SUPORTA ATÉ 50KG POR BANDEJA, COLUNA DUPLA NA CHAPA 18, AS BANDEJAS NA CHAPA 24 COM ESPESSURA DE 0,60MM SÃO REFORÇADAS E COM 3 DOBRAS, CONTÉM SAPATA DE PLÁSTICO, PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O CHÃO.	UNID	8
	PREÇO DO EDITAL R$ 299,27		

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 299,27		R$ 200,00		R$ 344,00	R$ 299,00	R$ 183,05		R$ 341,85	

51	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 2 CÚPULAS. CÚPULAS CONFECCIONADA COM BRAÇO ARTICULÁVEL, PROPORCIONANDO MOVIMENTOS DE TORÇÃO, FLEXÃO, BASCULANTE E CIRCULARES, SENDO CONECTADA À HASTE SUPORTE DE TETO, EM FIBERGLASS, DOTADA DE REFLETOR DE VIDRO O QUAL RECEBE UMA CAMADA DIELÉTRICA DE FILME SELETIVO, FAZENDO COM QUE A LUZ REFLETIDA SEJA INTENSAMENTE BRANCA. O INFRAVERMELHO É DIRECIONADO PARA A PARTE POSTERIOR DO REFLETOR, EQUIPADA C/ BULBO DE HALOGÊNIO DE 12 V X 55W O QUAL PROPORCIONA ALTA REFLEXÃO LUMINOSA, NÃO NECESSITANDO DE FOCALIZADOR PARA CONCENTRAÇÃO DA LUZ EM VIRTUDE DE SEU FEIXE LUMINOSO SER ÚNICO, SENDO QUE A SUA AMPLITUDE SERÁ DETERMINADA PELA DISTÂNCIA ENTRE A SUA CÚPULA E O CAMPO OPERATÓRIO. A ESTRUTURA METÁLICA RECEBE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUEM DISPOSITIVO QUE PERMITEM GRADUAR A INTENSIDADE LUMINOSA POSSIBILITANDO QUE O CIRURGIÃO UTILIZE A INTENSIDADE DE LUZ IDEAL PARA CADA PROCEDIMENTO.A RETENÇÃO DO INFRAVERMELHO (CALOR), É PROPORCIONADA PELO EMPILHAMENTO DE MÚLTIPLAS CAMADAS DIELÉTRICAS (FILME SELETIVO) NO REFLETOR DE VIDRO ATRAVÉS DAS QUAIS SOMENTE A LUZ VISÍVEL (FRIA) É REFLETIDA E O INFRAVERMELHO (CALOR) É TRANSMITIDO PARA A PARTE POSTERIOR DO REFLETOR. EMPERATURA DE COR: 3800º A 4500º K, / VOLTAGEM: 127/220 VOLTS. / CICLOS: 50/60 HZ. / BULBOS HALÓGENOS: H1 12V X 55WATTS. / WATTS: 55 W.	UNID	2
	PREÇO DO EDITAL R$ 29.250,00		

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 29.250,00		R$ 26.000,00		R$ 23.104,00				R$ 22.959,60	
52	FOCO DE LUZ AUXILIAR DE CONSULTÓRIO MÉDICO LUMINÁRIA AUXILIAR FLEXÍVEL, BASE EM TRIPÉ TUBULAR, ACABAMENTO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, HASTE FLEXÍVEL CROMADA COM ALTURA REGULÁVEL E REFLETOR PINTADO. 4 PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PESO: 1,8 KG. DIMENSÕES:LARGURA: 0,39M; ALTURA MÍNIMA: 1,10M / ALTURA MÁXIMA: 1,60M; PROFUNDIADE: 0,39M.								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 381,63										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 381,63		R$ 360,00		R$ 315,20	R$ 381,00	R$ 345,95		R$ 313,23	
53	FOGÃO INDÚSTRIAL CENTRAL COM 4 BOCAS E FORNO- 7 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 02 QUEIMADORES SIMPLES E 02 DUPLOS DE BAIXA PRESSÃO - GRANDE BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO CORPO EM AÇO INOX TAMPA EM AÇO INOX MEDIDAS DO FOGÃO : ALTURA : 80 CM; LARGURA : 78,8 CM; PROFUNDIDADE : 87,5 CM. MEDIDA INTERNA DO FORNO: ALTURA: 31 CM; LARGURA: 48 CM; PROFUNDIDADE: 59 CM; CAPACIDADE: 87 L								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 2.543,00										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.200,00		R$ 3.360,00		R$ 1.919,45		R$ 3.339,00	
54	FREEZER HORIZONTAL; CAPACIDADE MINIMA 477L 2 PORTAS; COR: BRANCO. O CONGELADOR DEVERÁ POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 2.397,03										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.300,00		R$ 4.158,40				R$ 4.132,41	
55	FREEZER VERTICAL ; CAPACIDADE MINIMA 228L; COR: BRANCO; 220V. O CONGELADOR DEVERÁ POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.								UNID	3
PREÇO DO EDITAL R$ 2.750,97										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		SYSTEMS LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.700,00		R$ 4.798,40	R$ 2.750,00			R$ 4.768,41	
56	GELADEIRA COM 01 PORTA, FROST FREE; CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS NA COR BRANCA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.								UNID	4
PREÇO DO EDITAL R$ 1.688,66										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.600,00		R$ 3.198,40				R$ 3.178,41	
57	GELADEIRA DUPLEX- FROST FREE; CAPACIDADE: 340L a 375L; 220V. O CONGELADOR DEVERÁ POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 2.249,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.			R$ 2.200,00		R$ 4.318,40				R$ 4.291,41	

58	IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL laser Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , Carta 215 x 279 mm, Envelope, Ofício 216 x 356 mm, com resolução de impressão de até 1200x1200dpi , com velocidade de impressão de 42ppm , impressão frente e verso , alimentador automático , com rendimento de impressão mensal de até 50.00,00 paginas. Com capacidade de bandeja de entrada de 250 folhas, conexão rede ethernet e usb 2.0 , com Memória de 512 MB ou superior, e compatibilidade com os Sistemas Operacionais : Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, Linux, Windows 10	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 3.250,20

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.790,00		R$ 3.684,80	R$ 3.250,00			R$ 3.661,77	

59	Impressora Multifuncional jato de tinta, com conexão wifi, com resoluçao de impressão de no mínimo 600x1200 dpi, velocidade de impressão mínima em preto de 27 ppm e em cores 15 ppm, com capacidade da bandeja de entrada de no mínimo 150 folhas, com suporte aos sistemas operacionais Windows Vista®□/Windows®□ 7/Windows®□ 8/8.1/Windows®□ 10 (32bit/ 64bit), Windows Server®□ 2003 SP2 – Windows Server®□ 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8		10

PREÇO DO EDITAL R$ 1.485,40

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.300,00		R$ 2.126,40	R$ 1.485,00			R$ 2.113,11	

60	INALADOR NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS. COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE. PRESSÃO MÁX.: 80LBS. VAZÃO LIVRE: 34LTS/MIN. TAMANHO DAS PARTÍCULAS: 0,3 - 8 MICRONS. MOTOR DE 1/5HP. VOLTAGEM: AUTOMÁTICA - 110/220V. CONSUMO: 341W. PESO: 8,5KG. COMPRIMENTO: 360MM. ALTURA: 450MM. LARGURA: 225MM.	UNID	4

PREÇO DO EDITAL R$ 4.863,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 4.863,67		R$ 3.980,00		R$ 3.516,80				R$ 3.494,82	

61	INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO: Incubadora de bancada com plataforma de movimento orbital. Velocidade de agitação de no mínimo 40 a 250 rpm. Faixa de temperatura de no mínimo 5 graus Celsius a 50 graus Celsius. Painel com indicação de funções, chave independente de aquecimento, agitação e chave liga/desliga. Garras ou presilhas em aço ou material para fixação de tubos ou frascos. Plataforma de agitação em alumínio ou material superior. Deve possuir dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa. Gabinete com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática texturizada a pó. Alimentação elétrica 220v/60 Hz ou bivolt	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 37.260,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 35.600,00		R$ 20.058,08				R$ 19.932,72	

62	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG) – ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX / AÇO, COM PAINEL DE COMANDO, COM BARREIRA SANITÁRIA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM FREIO DE PARADA, CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 60KG.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 41.386,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 41.386,67		R$ 38.700,00		R$ 48.000,00				R$ 47.700,00	

63	LIXEIRA DE PLÁSTICO 30 LITROS COM PEDAL E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE). ESPECIFICAÇÕES:ALTURA: 46,5; LARGURA: 40,5; PROFUNDIDADE: 34; CAPACIDADE: 30 LITROS.	UNID	48

PREÇO DO EDITAL R$ 132,90

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 120,00		R4 143,84				R$ 142,94	

64	LIXEIRA INOX COM TAMPA- 10L; BALDE REMOVÍVEL.	UNID	23

PREÇO DO EDITAL R$ 354,33

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 280,00		R$ 318,40	R$ 350,00	R$ 307,45		R$ 316,41	
65	LONA P/ BIOMBO DUPLO EM BRIM CRU. DIMENSÕES: 60X180 CM								UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 64,69										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 60,00		R$ 96,00		R$ 63,45		R$ 95,40	
66	LONA P/ BIOMBO TRIPLO EM BRIM CRU. DIMENSÕES: 60X180 CM								UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 96,12										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.			R$ 90,00		R4 144,00		R$ 94,45		R$ 143,10	
67	LONGARINA C/ 3 LUGARES: Cadeira longarina fixa contendo 03 (três) lugares, reforçada, com assentos e encosto fabricados em copolímeros de alta resistência, sem braço, com espaldar baixo na cor preta. Encosto produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas medindo no mínimo 455 mm de largura x 260 mm de altura x 3 mm de espessura, fixado no suporte do encosto por meio de rebite plástico. Assento produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondas e borda frontal em declive medindo no mínimo 455 mm de largura x 395 mm de profundidade x 3 mm de espessura, fixado no suporte do assento por meio de encaixe plástico e parafuso. Suporte do assento e encosto em duas peças fabricadas em tubo de aço industrial seção oblonga medindo no mínimo 16 x 30 mm com espessura mínima de 1,5 mm soldados na longarina por processo Mig. Estrutura/longarina horizontal fabricada tubo de aço industrial seção quadrada medindo no mínimo 50 x 50 mm com espessura mínima de 1,20 mm ou seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 x com espessura mínima de 1,50 mm soldados pelo processo Mig, com dois pés no sentido vertical em formato "Y" invertido ou "T" invertido, fabricado em tubo de aço industrial seção redonda medindo no mínimo 31 mm de diâmetro e espessura de no mínimo 1,50 mm para o formato "Y" invertido ou tubo de aço seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 mm com espessura de no mínimo 1,50 mm, com sapatas e ponteiras plásticas injetadas, para o formato "T" invertido. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. Pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura total 1530 mm; Profundidade total 500 mm; Altura total 810 mm; Altura do chão ao topo do assento: 420 mm.									UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 376,07										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 340,00		R$ 448,00		R$ 374,45		R$ 445,20	

68	LONGARINA LARA 4 LUGARES A/E AZUL SHOP CADEIRAS. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 20 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 592,40

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 420,00		R$ 624,00		R$ 420,75		R$ 620,10	

69	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO. SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA.	UNID	6

PREÇO DO EDITAL R$ 1.107,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 1107,00		R$ 860,00		R$ 536,00		R$ 780,65		R$ 532,65	
70	MESA AUXILIAR COM GAVETA: FINALIDADE: Para uso hospitalar. REQUISITOS: A mesa deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricada de acordo com as normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzida de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibada de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (H) 400 x (L) 400 x (P) 800 mm; CARACTERÍSTICAS GERAIS: A mesa deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, componentes ou partes da mesa com as quais o usuário entra em contato, isentos de rebarbas ou cantos vivos. Tampo e gaveta: em chapa de aço # 22, estrutura formada por 04 (quatro) pés em tubos de aço metalon 40x40 #18, soldagem pelo sistema MIG, ponteiras de acabamento dos topos inferiores em polipropileno na cor preta. Puxador da gaveta em material metálico cromado tipo "pingo de mel". TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento lisa e livre de defeitos, cor branca ≥ µ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período.									UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 142,23

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 120,00		R$ 145,60		R$ 117,45		R$ 144,69	
71	MESA AUXILIAR DE MAYO SIMPLES, BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 0,35 X 0,46CM. ALTURA REGULÁVEL DE 0,90 A 1,25CM. ARMAÇÃO TUBULAR. PINTURA SINTÉTICA, OPCIONAL EPOXI.								UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 291,07											
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
E. L.	R$ 291,07		R$ 260,00		R$ 259,20		R$ 193,49		R$ 257,58		
72	MESA AUXILIAR INOX C/ RODÍZIO MED. 93X50X80									UNID	10

PREÇO DO EDITAL R$ 194,50											
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
E. L.			R$ 180,00		R$ 552,00		R$ 192,45		R$ 548,55		
73	MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL, ELÉTRICA, DE ALTURA REGULÁVEL E RADIOTRANSPARENTE. COLCHÃO DE DESCOMPACTAÇÃO PARA CONFORTO DOS PACIENTES A FIM DE REMOVER A INCIDÊNCIA DE ÚLCERA DE DECÚBITO, COM PROJETO ANTIESTÁTICO, À PROVA D'ÁGUA E CONSISTENTE. ALTA CAPACIDADE DE PESO EM POSIÇÕES NORMAIS E INVERTIDAS. BATERIA INTERNA QUE MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA 50-80 CIRURGIAS. POSIÇÃO DA MESA INFERIOR DE 600 MM DEPOIS DO AJUSTE DA POSIÇÃO DO PACIENTE, TORNANDO-A APROPRIADA PARA NEUROCIRURGIA E CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA. SISTEMA DE PARADA ELÉTRICA PARA ESTABILIDADE SUPERIOR. RETORNO À POSIÇÃO ORIGINAL COM UM BOTÃO. OPÇÃO COM SUPERFÍCIE DE FIBRA DE CARBONO. FUNÇÃO DE ALTERNAÇÃO LONGITUDINAL ELÉTRICA COM 320 MM COMBINADA À PLACA RADIOLUCENTE FORNECE ACESSO LIVRE AO ARCO EM C PARA O CORPO INTEIRO. TRÊS PAINÉIS DE CONTROLE, INCLUINDO PAINEL REMOTO, PAINEL DE COLUNA E PEDAL										UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 9.090,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 9.090,00		R$ 8.100,00		R$ 54.400,00				R$ 54.060,00	

74	MESA DE CABECEIRA TOTALMENTE FECHADA. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM UMA GAVETA SUPERIOR E ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA PARA FECHAMENTO POR MEIO DE ESFERA DE PRESSÃO COM PONTEIRA EM TUBOS DE 20MMX20MM. DIMENSÕES: 0,40X0,45X0,80M	UNID	28

PREÇO DO EDITAL R$ 363,23

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 363,23		R$ 310,00		R$ 336,00		R$ 227,45		R$ 333,90	

75	MESA EM MDF PARA ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESCRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO FOLHEADO MADEIRA, QUANTIDADE GAVETAS 2, LARGURA 0,90, PROFUNDIDADE 0,75, ALTURA 0,75, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO CEREJEIRA, COR ESTRUTURA CINZA, TIPO GAVETAS COM CHAVE.	UNID	15

PREÇO DO EDITAL R$ 374,07

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 374,07		R$ 290,00		R$ 376,00	R$ 372,25	R$ 372,45		R$ 333,90	
76	MESA INSTRUMENTAL SEMI-CIRCULAR: para uso no centro cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável AISI 304, armação superior com cantoneira "T" em aço carbono pintado. As partes pintadas deverão apresentar pintura eletrostática com tratamento anti ferruginoso. Rodas de 3" em termoplástico; medidas aproximadas de Curva Interna: C=0,90m x L=0,35m x A=0,80m medidas aproximadas de Curva Externa: C=1,20m x L=0,35m x A=0,80m.								UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 973,20										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 973,20		R$ 820,00		R$ 864,00		R$ 971,45		R$ 858,60	
77	MESA AUXILIAR PARA ANESTESISTA: Mesa auxiliar para anestesia com 03 gavetas em inox: Armação: em tubo quadrado de aço inox de 20 x 20 x 1,2mm, dotada de 03 gavetas construídas em chapa de aço inox 0,75mm., que correm sobre trilhos permitindo a abertura total, possuir fechaduras com chaves, gaveta: superior com divisões para medicamentos, tampo em chapa de aço inox 0,75mm, suporte: com ganchos em aço inox. Rodízios: de 75 mm, sendo 2 com freios. Dimensões: 0,50 x 0,40 x 0,90m.								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 3.026,23										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.026,23		R$ 2.800,00		R$ 1.008,00		R$ 3.024,45		R$ 1.001,70	

78	MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES- MESA COM TAMPO REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURA METÁLICA; CADEIRAS COM ENCOSTO E TAMPO EM FORMICA COM ESTRUTURA REFORÇADO. COR: BRANCO.	UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 1.238,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 980,00		R$ 1.088,00		R$ 1.236,45		R$ 1081,20	

79	MOCHO BANCO GIRATÓRIO COM ENCOSTO, RODÍZIOS E APOIO PARA OS PÉS. ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO ESPUMA D26, REVESTIDO EM COURVIM. ASSENTO COM 300MM DE DIÂMETRO. ARCO PARA APOIO DOS PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE EIXO VERTICAL ROSCADO EM AÇO ZINCADO. 04 PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO (50MM). ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO.	UNID	4

PREÇO DO EDITAL R$ 333,90

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		SYSTEMS LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 333,90		R$ 300,00		R$ 192,00		R$ 191,45		R$ 190,80	
80	MONITOR MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL CONTENDO MONITORAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI,TEMPERATURA, PI E CAPNOGRAFIA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIVERSOS PARÂMETROS SIMULTÂNEOS. POSSUI ALÇA DE TRANSPORTE. POSSUIR SELEÇÃO PARA O TIPO DE PACIENTE: ADULTO, PEDIÁTRICO OU NEONATAL. POSSUIR TECLADO E/OU BOTÃO ROTACIONAL OU AINDA TELA TOUCH SCREEN QUE FACILITE A PROGRAMAÇÃO. TELA DE LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 E NO MÁXIMO 17 POLEGADAS. APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 7 CURVAS SIMULTANEAMENTE, POSSIBILIDADE DE ALTERNAR O MÓDULO DE EXIBIÇÃO PARA NUMÉRICA E DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA. COM CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S. POSSUIR TECLA/MENU PARA CONFIGURAÇÕES DE ALARMES COM TECLA PARA INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS. BIVOLT 110/220V, COM BATERIA RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE E AUTONOMIA MAIOR QUE 2 HORAS. FAIXA DE PRESSÃO SISTÓLICA: 40 A 250MMHG (EXATIDÃO +- 3MMHG) DE ACORDO COM NBR IEC 80601-2-30 E FAIXA DE PRESSÃO DIASTÓLICA: 20 A 210MMHG (EXATIDÃO +- 3MMHG). DE ACORDO COM NBR IEC80601-2-30. POSSUIR VÁLVULA DE PRESSÃO EXCESSIVA. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM (EXATIDÃO: +-2BPM). POSSUIR 7 DERIVAÇÕES, PODENDO SER EXPANDIDO POSTERIORMENTE PARA 12 DERIVAÇÕES. POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST. POSSUIR ANALISE DE ARRITMIA COM GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 24H DOS EVENTOS ARRÍTMICOS COM TRAÇADOS DE ECG, SEGUNDOS ANTES E DEPOIS. POSSUIR MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG). POSSUIR INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO. POSSUIR DETECTOR PULSO DE MARCA-PASSO. FAIXA DE SATURAÇÃO SPO2: 40 A 100 POR CENTO (RESOLUÇÃO 1%). FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 40 A 240 BPM. FAIXA DE PRESSÃO INVASIVA: -40 A 300MMHG (EXATIDÃO +-1MMHG). POSSUIR NO MÍNIMO DOIS CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA. FAIXA DE TEMPERATURA: 25 A 45°C (EXATIDÃO 0,1°C). FAIXA DE CAPNOGRAFIA: 0 A 99MMHG (EXATIDÃO +-2MMHG). POSSUIR MONITORAÇÃO CONTÍNUA DO CO2 EXPIRADO EXIBIDA EM GRÁFICO E VALOR NUMÉRICO.POSSUIR MONITORAÇÃO DA FRAÇÃO INSPIRADA E EXPIRADA DE CO2.										UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 363,23										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.			R$ 34.000,00		R$ 25.600,00				R$ 25.440,00	

81	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES DE MESA DESTINADOS A SIMPLES VISUALIZAÇÃO OU PARA FINS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS ANALÓGICAS OU DIGITAIS. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE NAS CORES CINZA, BRANCO, BEGE OU PRETO; PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS DE LED; COM BOA LUMINÂNCIA; ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR; DISPONÍVEL EM 110V OU 220V OU BIVOLT COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; DIMENSÕES: 490X380X140MM.	UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 320,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 320,67		R$ 300,00		R$ 316,80		R$ 237,05		R$ 314,82	

82	NOBREAK : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 220 V. Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UNID	12

PREÇO DO EDITAL R$ 758,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 758,00		R$ 680,00		R$ 863,84	R$ 757,00			R$ 858,44	
83	NOTEBOOK: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, processador intel core i5 de 6 Geração ou i5 de geração superior, com no mínimo de capacidade 8g de memória Ram , podendo ter como memória física um HD de 1TB , ou SSD com capacidade mínima de 240 Gb , tela de 15,6 polegadas ou superior , possuindo teclado numérico, entrada de cabo de rede RJ 45, conexão wifi e Bluetooth. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 3.423,35										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.423,35		R$ 3.100,00		R$ 5.918,40	R$ 327,00			R$ 5.881,41	

84	OTOSCOPIO: ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 329,33			

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 900,00		R$ 300,00		R$ 507,55				R$ 504,38	

85	OXIMETRO DE PULSO: Aparelho portátil para verificação não-invasiva contínua da saturação periférica de oxigênio (SpO2) no sangue através de sensor infravermelho de dedo, bem como a mensuração da frequência cardíaca, apresentação da curva Pletismográfica, Com variação do BEEP sonoro, Com display em LED ou cristal líquido, com amostragem simultânea dos valores de SpO2, frequência cardíaca, Com área de visualização de no mínimo de 130 x 36 mm, Com faixa de medida da saturação incluindo ao menos de 40 a 100%, com acurácia de 3% ou melhor, Com faixa de medida da frequência de pulso incluindo ao menos de 30 a 220 bpm, Com alteração automática do tom sonoro do BEEP em função da variação do SpO2, Com tecla liga/desliga para acionamento; Deverá possuir sistema de alarme áudio visual para: - alta e baixa SpO2, - alta e baixa FC, - para sensor desconectado, Com possibilidade de configuração de alarmes; Com teclado para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e ajustes do display; Histórico que permita o acompanhamento da evolução do paciente de forma numérica e/ou gráfica. Funcionamento com bateria interna recarregável, com carregador interno ou externo ao equipamento, Tipo de Alimentação: 110 V ou 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento) ou Bivolt, que abranja a faixa de 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática. Frequência 60 Hz. Com autonomia mínima de 4 horas. Deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) sensores tipo clip de dedo original, não descartável, para adulto, b) 02 (dois) sensores em "Y" universal, não descartável.	UNID	10
	PREÇO DO EDITAL R$ 137,67		

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 2.500,00		R$ 137,00		R$ 124,80				R$ 124,02	

86	POLTRONA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO A ÚLTIMA A POSIÇÃO TRENDLENBURG INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS.ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA;POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE MOLA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO);POLTRONA COM BRAÇOS ARTICULADOS E ENCOSTO E APOIO DE PÉS SINCRONIZADO DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE;PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓPÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPCIONAL RODÍZIOS MEDIDAS:POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75 M; ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65 M X L=0,75 M A=0,55 M; CAPACIDADE 150 KG.	UNID	28
	PREÇO DO EDITAL R$ 1.324,83		

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 1.324,83		R$ 990,00	R$ 1.320,00	R$ 1.344,00		R$ 989,45		R$ 1.335,60	

87	RÉGUA ANTOPOMETRICA INFANTIL: RÉGUA COM ESCALA DE 1 A 60 CM; PARA MEDIR TAMANHO DO RECÉM NASCIDO; COM DISPOSITIVO MÓVEL PARA AJUSTAR OS PÉS E CABEÇA; TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL LIMPEZA; MATERIAL OBRIGATORIAMENTE EM AÇO INOX. COM REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 47,75

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 38,00		R$ 88,00		R$ 46,45		R$ 87,45	

88	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG) – CAPACIDADE DE 31 A40KG,ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX / AÇO, TAMBOR EM AÇO INOX / AÇO, AQUECIMENTO AGÁS / VAPOR / ELÉTRICO, COM PAINEL DE COMANDO.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 39.703,33

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME			MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 39.703,33		R$ 36.000,00		R$ 35.2000,00				R$ 35.200,00	
89	SELADORA AUTOMÁTICA COMPACTA E DE FÁCIL OPERAÇÃO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA E PERMITEM A SELAGEM CONTINUA DAS EMBALAGENS E REGULAGEM DA LARGURA DAS BORDAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60Hz ou BIVOLT COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 6.340,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 6.340,00		R$ 5.200,00		R$ 5.600,00				R$ 5.600,00	
90	SUPORTE HAMPER SIMPLES PINTADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO.ACOMPANHA SACO EM BRIM BRANCO.DIMENSÕES: 0,50M DIÂMETRO X 0,80M ALTURA.PINTURA EPOXI.								UNID	7
PREÇO DO EDITAL R$ 242,53										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 242,53		R$ 210,00		R$ 176,00		R$ 129,05		R$ 176,00	

91	SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULÁVEL COM 4 PÉS COM RODÍZIOS. BASE EM QUADRIPÉ FIXA DE TUBOS 50 X 30MM COM TUBO INFERIOR DE 22,22MM EM INÓX E TUBO SUPERIOR DE 15,87MM.4 GANCHOS CRUZADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR.REGULAGEM POR MEIO DE MANDRIL DE PVC PRETO.ALTURA MÍNIMA: 1,24 M. ALTURA MÁXIMA: 2,10 M.	UNID	37

PREÇO DO EDITAL R$ 346,83

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 240,00		R$ 380,80		R$ 319,45		R$ 380,80	

92	TELEVISOR SMART 32": Tipo LED, porta USB, FULL HD, entrada HDMI, com conversor digital, tamanho da tela de 32", sem suporte.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 1.173,46

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.150,00		R$ 1.415,84				R$ 1.415,84	

93	TELEVISOR SMART 40": Tipo LED, porta USB, FULL HD, entrada HDMI, com conversor digital, tamanho da tela de 40", sem suporte.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 1.682,99

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.600,00		R$ 2.423,84				R$ 2.423,84	

94	VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO PARA TERAPIA INTENSIVA.MONTADO SOB PEDESTAL COM RODÍZIO E FREIOS QUE POSSIBILITE MOVIMENTO 360 GRAUS.EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO, COM CONTROLE MICROPROCESSADOS DESTINADO A VENTILAÇÃO MECÂNICA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS (OBESIDADE MÓRBIDA) INTEGRADO COM MONITOR GRÁFICO COLORIDO DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, COM TELA TOUCH SCREEN, COM POSSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESPAÇOS PARA APRESENTAÇÃO DE FORMAS DE ONDA E/OU LOOPS SIMULTÂNEAS COM BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAR OS CIRCUITOS DE PACIENTE E BLENDER INTERNO MICROPROCESSADO PARA A MISTURA DOS GASES. MODOS DE OPERAÇÃO:VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME (VC); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO (PC); VENTILAÇÃO ASSISTIDA A PRESSÃO (PS); PRESSÃO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV); SIMV (VC) COM PRESSÃO DE SUPORTE (PS); SIMV (PC) COM PRESSÃO DE SUPORTE (PS);VENTILAÇÃO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO (BILEVEL, BIVENT, BIPV OU SIMILAR);VENTILAÇÃO DE BACKUP/APNEIA EM TODOS OS MODOS ESPONTÂNEOS, INCLUSIVE CPAP;VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME COM REGULAÇÃO DE PRESSÃO (PRVC); VENTILAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (APRV) OU SIMILAR; VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE FUGA/VAZAMENTO PARA PACIENTES ADULTOS E PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. PARÂMETROS MONITORADOS: PRESSÃO MÁXIMA DAS VIAS AÉREAS; PRESSÃO DE PLATÔ; PRESSÃO MÉDIA; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; VOLUME CORRENTE EXPIRADO; VOLUME MINUTO EXPIRADO; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO; ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO SUPERFICIAL (SBI, RSB OU SIMILAR); COMPLACÊNCIA; RESISTÊNCIA; DEVE FAZER A MEDIDA DE PEEP TOTAL; CÁLCULO DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA; TENDÊNCIAS DE NO MÍNIMO 24 HORAS; NÍVEL DE BATERIA. POSSUIR SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO QUE FAÇA A COMPENSAÇÃO DA COMPLACÊNCIA E A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DO CIRCUITO DO PACIENTE, ASSIM COMO O DIAGNÓSTICO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO. GASES MEDICINAIS: ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL NA FAIXA DE 3 A 6 BAR E SISTEMA DE BACK-UP INCORPORADO AO EQUIPAMENTO CASO OCORRA FALHA NA REDE DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO, DEVE SER CAPAZ DE OPERAR SOMENTE COM AR COMPRIMIDO OU SOMENTE COM OXIGÊNIO. FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA DE 100 E 240 VAC, 60 HZ COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL QUE GARANTA AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS. ACESSÓRIOS: 05 (CINCO) CIRCUITOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO ESTERILIZÁVEL COMPLETO; 05 (CINCO) CIRCUITOS PARA PACIENTE ADULTO ESTERILIZÁVEL COMPLETO; 01 (UM) PULMÃO DE TESTE ADULTO; 05 (CINCO) VÁLVULAS EXPIRATÓRIAS COMPLETAS OU 05 (CINCO) DISPOSITIVOS QUE EXECUTEM A MESMA FUNÇÃO; 05 (CINCO) CÉLULAS DE OXIGÊNIO GALVÂNICA OU ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARAMAGNÉTICA OU ULTRASSÔNICA DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO; 05 (CINCO) SENSORES DE FLUXO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E 05 (CINCO) SENSORES DE FLUXO PARA PACIENTES ADULTOS OU 05 (CINCO) DISPOSITIVOS QUE EXECUTEM A MESMA FUNÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS	UNID	2

	E PEDIÁTRICOS; 01 (UMA) MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS, COM VÁLVULA REGULADORA (CASO NECESSÁRIO); 01 (UMA) MANGUEIRA DE O2, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS, COM VÁLVULA REGULADORA (CASO NECESSÁRIO).										
PREÇO DO EDITAL R$ 102.066,67											
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
E. L.			R$ 98.000,00		R$ 124.800,00				R$ 124.800,00		
95	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA VENTILAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 5 QUILOS), DURANTE O TRANSPORTE. MODO DE OPERAÇÃO: ASSISTIDO/CONTROLADO (PCV, VCV); VENTILAÇÃO COM PRESSÃO SUPORTE; PAUSA INSPIRATÓRIA; CICLO MANUAL; VENTILAÇÃO COM COMPENSAÇÃO DE FUGAS;SENSIBILIDADE – DISPARO POR FLUXO OU PRESSÃO; PRESSÃO INSPIRATÓRIA E PRESSÃO DE SUPORTE AJUSTADOS DE FORMA INDEPENDENTE.PARÂMETROS E FAIXAS DE AJUSTE: VOLUME CORRENTE FAIXA MÍNIMA: 50 A 2000 ML; FLUXO INSPIRATÓRIO FAIXA MÍNIMA: 10 A 100L/MIN; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA FAIXA MÍNIMA: 05 A 60 RESP/MIN; PEEP FAIXA MÍNIMA: 0 – 20 CM H2O; TEMPO INSPIRATÓRIO FAIXA MÍNIMA: 0,5 A 3SEG; PRESSÃO INSPIRATÓRIA FAIXA MÍNIMA: 5 A 55CM H2O; PRESSÃO DE SUPORTE FAIXA MÍNIMA: 5 A 35 CM H2O; 40 A 100 % PARA OPERAÇÃO COM CILINDRO DE O2;21% PARA OPERAÇÃO COM CILINDRO DE AR COMPRIMIDO; 21 A 100% CASO POSSUAM TURBINA INTERNA E CILINDRO DE O2. GAZES MEDICINAIS: ALIMENTAÇÃO DE GASES FEITA ATRAVÉS DE CILINDROS, TURBINA OU PISTÃO; E POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO SOMENTE COM OXIGÊNIO OU SOMENTE COM AR COMPRIMIDO, NOS CASOS EM QUE NÃO FOR A TURBINA OU PISTÃO. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 A 220 VAC, FONTE CHAVEADA AUTOMÁTICA; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO À REDE 12V DA AMBULÂNCIA (CABOS INCLUSOS); FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DE PELO MENOS 240 MINUTOS. ACESSÓRIOS: 05 (CINCO) CIRCUITOS COMPLETOS ESTERILIZÁVEL ADULTO; 05 (CINCO) CIRCUITOS COMPLETOS ESTERILIZÁVEIS PEDIÁTRICOS; 01 (UM) PULMÃO DE TESTE ADULTO; 01 (UM) PULMÃO DE TESTE PEDIÁTRICO; 01 (UM) CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA);01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA 12V – DCDC.									UNID	1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-CNPJ:06.553.895/0001-78
CEP:64.235-000 PRAÇA DA MATRIZ 177 CENTRO
E-mail:prefeituracocal.pi@gmail.com

PREÇO DO EDITAL R$ 61.200,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 60.000,00		R$ 51.200,00				R$ 51.200,00	

COCAL, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Kylvia Maria Sousa Herculano.
Kylvia Maria Sousa Herculano
Pregoeira

Julinezio Rodrigues de Souza
Julinezio Rodrigues de Souza
Secretário

Alanna Thalya de Albuquerque Machado
Alanna Thalya de Albuquerque Machado
Membro de Apoio

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020
OBJETIVO: A presente licitação objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios para atender o Hospital Estadual Joaquim Vieira de Brito de Cocal.

ATA DA REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

Aos 05 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, no auditório da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cocal - PI, na rua Domingos Machado, 575, bairro São Pedro, COCAL - PI, 64235-000, reuniu-se as nove horas (09:00hs) a Pregoeira e seus Membros de Apoio, deste Município, em atendimento às disposições contidas nas leis 10.520/02 e 8.666/93, para a realização dos trabalhos do Pregão Presencial Nº 014/2020. A senhora Pregoeira abriu a sessão e Verificou-se a presença das empresas interessadas: 01- J. R. D. BRANDÃO EIRELI, CNPJ: 23.511.454/0001-22 representada por JOSE LUSTOSA DE MELO FERREIRA, CPF: 305.430.703-44; 02- J. A. OLIVEIRA COMERCIO, CNPJ: 04.356.109/0001-17, representada por FABIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 754.661.203-91; 03- MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS, CNPJ:21.238.581/0001-74 representada por FRANCISCO ALVES FILHO; CPF:240.832.753-91; 04- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA, CNPJ: 10.645.510/0001-70, representada por DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO, CPF; 008.657.863-48; 05- R. C. – MOVEIS LTDA, CNPJ:02.377.937/0001-06; representada por CARLIANE CARNEIRO DE ARAÚJO, CPF: 010.234.733-64; 06- TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.579.468/0001-52 representada por VALDECI RIBEIRO DO MONTE PALMA , CPF: 201.156.283-04; 07- TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, representada por FRANCISCO ANTONIO ALVES NUEIRA, CPF: 356.790.263-68; 08- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, representada por RAIMUNDO JOSE DA SILVA, CPF: 011.811.863-31; 9- K. C. R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, representada por KAROLAYNE MARIA SILVA PONTES AZEVEDO, CPF: 076.531.353-74. Ato contínuo a Pregoeira deu início a rodada de lances com as empresas presentes, durante a rodada de lances no item 68 o Sr. FRANCISCO ANTONIO ALVES NUEIRA, CPF: 356.790.263-68 se ausentou da sessão informando que desistia de dar lances, a sessão continuou até o fim desta etapa. A rodada de lance fica na forma do mapa de apuração que segue anexo à presente ata como se nela transcrita fosse. A sessão foi suspensa para almoço às 12:30 retornando às 14h. Dando prosseguimento a Pregoeira passou para a abertura do envelope de habilitação das empresas: J. A. OLIVEIRA COMERCIO; J. R. D. BRANDÃO EIRELI; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA; MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS; TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; K. C. R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP; a senhora Pregoeira rubricou e pediu que a equipe de apoio e os representantes das empresas fizessem o mesmo após analise a empresa J. A. OLIVEIRA COMERCIO ficou inabilitada por descumprir o item 9.6.2 do edital e a empresa MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS por não cumprir o 9.3 item após essa etapa verificou-se que a empresas citadas acima estão devidamente habilitadas, ficam vencedoras do certame as empresas : J. R. D. BRANDÃO EIRELI; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA; TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; K. C. R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, com os respectivos itens de acordo com o mapa de apuração. Fica aberto o prazo de 48h para apresentar proposta readequada. Houve intenção de interposição de recursos pelas licitantes: J. A. OLIVEIRA COMERCIO onde o mesmo disse: "quero interpor recurso contra a minha inabilitação" e pela empresa R. C. – MOVEIS LTDA, onde a mesma disse "requer intenção de recurso perante o 1º e 2º colocado referente ao item 34, uma vez que os fornecedores não possuem registro do produto na ANVISA, além de não possuir certificado do Inmetro – ABNT NBR IEC 60601-52:2013; o qual está em vigor desde 2013, e está em exigência

compulsória desde 25 /09/3015. Infringindo assim o item 19.13 do edital, com fulcro na Lei 8666/93, art. 27, art. 3, inciso 4º". Como nada mais havia a ser tratado, a senhora Presidente deu por encerrada a sessão e solicitou que fosse lavrada a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada pela senhora pregoeira, demais membros e pelos licitantes presentes. Aos 05 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, no auditório da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cocal – PI.

Kylvia Maria Sousa Herculano.
Kylvia Maria Sousa Herculano
Pregoeira

Julinezio Rodrigues de Souza
Julinezio Rodrigues de Souza
Secretário

Alanna Thalya de Albuquerque Machado
Alanna Thalya de Albuquerque Machado
Membro de Apoio

Licitantes:

J. R. D. BRANDÃO EIRELI _____

J. A. OLIVEIRA COMERCIO AUSENTE

MARCOS VINICIOS NASCIMENTO DOS SANTOS _____

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA _____

R. C. – MOVEIS LTDA _____

TEKMARKET INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA _____

TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
AUSENTE

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME _____

A. C. R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
Wanderlayne Maria Silva Pontes Aguiar

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
Objetos: Aquisições de equipamentos, móveis e utensílios para atender o Hospital Estadual Joaquim Vieira de Brito de Cocal.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.
	APARELHO DE ANESTESIA, QUE DEVE ATENDER ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO MÓVEL COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS, EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL E/OU COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA. PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. COM SISTEMA DE AUTO-TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÃO DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO E QUE PERMITA CALIBRAÇÕES SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAGEM DO VENTILADOR. TESTE DE COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO DE PACIENTE COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. TODAS AS PARTES INTERNAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO DEVERÃO SER ISENTAS DE LÁTEX. CAPACIDADE DE REALIZAR ANESTESIA DE BAIXO FLUXO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA 110V A 220V – 60HZ. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 60 MINUTOS E		
1	RECARREGAMENTO AUTOMÁTICO AO CONECTAR O EQUIPAMENTO NA REDE ELÉTRICA. COM POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES (SCAVENGING SYSTEM OU AGSS). COM SAÍDA SERIAL, USB E REDE E COM POSSIBILIDADE PARA INTERFACE COM MICROCOMPUTADOR E COMUNICAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS. COM TELA PRINCIPAL TOTALMENTE COLORIDA, COM NO MÍNIMO 10,4" QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA VENTILAÇÃO. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO (UNIVERSAL) PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, SENDO DISTAL AO PACIENTE; OPERAÇÃO EM REDE DE GASES DE O2, N2O E AR COMPRIMIDO. MANÔMETRO PARA MONITORAR A PRESSÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO, ROTÂMETRO MECÂNICO COM ESCALA DE BAIXO E ALTO FLUXO PARA OS 3 GASES OU COM MONITORAÇÃO GRÁFICA DIRETO NA TELA PRINCIPAL. SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EVITAR CONCENTRAÇÕES HIPÓXICAS, ABAIXO DE 25%. CONTROLE DE FLUXO DE PELO MENOS 0,5 A 10L/MIN. COM SISTEMA DE FLUXO DIRETO DE OXIGÊNIO ("FLUSH DE OXIGENIO"); SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O NA AUSÊNCIA DE O2. ENTRADA PARA DOIS VAPORIZADORES SIMULTANEAMENTE, CALIBRADOS, PODENDO SER HALOTANO, ISOFLURANO, ENFLURANO OU SEVOFLURANO COM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO CONTRA VARIAÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE, PRESSÃO ATMOSFÉRICA LOCAL E FLUXO, MANTENDO A CONCENTRAÇÃO CONSTANTE. CANISTER ÚNICO UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800 GRAMAS DE CAL SODADA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS QUE DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO E BY-PASS QUE POSSIBILITA A TROCA DA CAL SODADA MESMO DURANTE A CIRURGIA SEM CAUSAR VAZAMENTOS OU DESPRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA. SISTEMA DO CIRCUITO COMPOSTO DE FOLE ASCENDENTE COM CAMPÂNULA GRADUADA OU PISTÃO OU TURBINA. TODOS OS COMPONENTES QUE FAZEM CONTATO COM O FLUXO DO PACIENTE DEVEM POSSIBILITAR RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR. DEVE POSSUIR VÁLVULAS CONTRA SOBRE PRESSÃO E ANTI-ASFIXIA INCORPORADAS; VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS (APL) GRADUADA VISUALMENTE DE 5 A 70 CMH2O INTEGRADA AO BLOCO RESPIRATÓRIO, NÃO DEVENDO POSSUIR MAIS DE UMA VÁLVULA PARA ESTE FIM; CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO EM SISTEMA SEMIABERTO E SEMIFECHADO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO ATIVO INTEGRADO OU OUTRO SISTEMA QUE VISA À DIMINUIÇÃO DE CONDENSAÇÃO DE ÁGUA NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, QUANDO UTILIZA TÉCNICA DE BAIXO FLUXO E REDUZIR RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA. DEVE REALIZAR MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA E DE VIAS AÉREAS; PEEP, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 (FIO2). MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 3 GRÁFICOS SIMULTÂNEOS DE PRESSÃO, FLUXO E VOLUME X TEMPO E LOOPS. DEVE SER DOTADO DE ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS, APNEIA, VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO E FIO2 ALTA E BAIXA COM PRIORIZAÇÃO DE ALARMES EM TRÊS NÍVEIS DE HIERARQUIA E AJUSTE AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARMES QUANDO ALTERADO OS	UNID	2

	PARÂMETROS EVITANDO ALARMES DESNECESSÁRIOS. FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROLE DO VENTILADOR: VOLUME CORRENTE DE 40 A 1300 ML (EM MODO VOLUME CONTROLADO); PRESSÃO DE 07 A 55 CMH2O COM INCREMENTOS DE 01 CMH2O; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 05 A 60 RESP./MIN.; RELAÇÃO I:E AJUSTÁVEL DE 2:1 A 1:4, PAUSA INSPIRATÓRIA, PEEP: 4 A 20 CMH2O. MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO MANUAL, VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME CICLADA A TEMPO (VCV), VENTILAÇÃO A PRESSÃO (PCV), VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE (PSV) C/ BACKUP DE APNÉIA E RETORNO AUTOMÁTICO, SIMV/VC E SIMV/PC. COM ENTRADA PARA MÓDULO ANALISADOR DE GASES NA PRÓPRIA MÁQUINA COM DADOS INTEGRADOS AO DISPLAY PRINCIPAL DO APARELHO DE ANESTESIA. DEVE ACOMPANHAR MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DOS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), NO MÍNIMO 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA (PI); SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) E 2 CANAIS DE TEMPERATURA. DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD) DE, PELO MENOS, 12 (DOZE) POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 X 600 PIXELS; DEVE APRESENTAR, PELO MENOS, 8 (OITO) FORMAS DE ONDA EM TELA; POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIFERENTES VISUALIZAÇÕES EM TELA, INCLUSIVE COM TELAS DE NÚMEROS GRANDES, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA. DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO OU TOQUE NA TELA; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 (CENTO E VINTE) HORAS, ALÉM DE		
	POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES PARA, PELO MENOS, 50 EVENTOS DESTA NATUREZA; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA FRACA, ETC.); DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS COM UMA ÚNICA BATERIA; DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA BIVOLT (110V – 220V); DEVE PERMITIR CONEXÃO A UMA CENTRAL DE MONITORAÇÃO (ESTA DEVERÁ SER REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SEPARADO), POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO VIA WI-FI; DEVE SE COMUNICAR POR HL7 COM PRONTUARIO ELETRÔNICO DE PACIENTES (HIS). POSSUIR ENTRADAS USB PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS; DEVE INTERCONECTAR-SE VIA REDE LOCAL A OUTROS MONITORES PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE OUTROS LEITOS NO PRÓPRIO MONITOR (LEITO-A-LEITO); NÃO DEVE PESAR MAIS DO QUE 4 KG, SISTEMA SEM VENTOINHAS QUE PREVINE INFECÇÃO CRUZADA E REDUZ RUÍDOS NO AMBIENTE. DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 30 A 85%. ESPECIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG: MONITORAÇÃO EM 7 (SETE) DERIVAÇÕES (I, II, III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVÉS DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO) VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC): 30 A 280 BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE PERMITIR A DETECÇÃO DE PULSOS DE MARCAPASSO IMPLANTÁVEIS OU EXTERNOS; DEVE POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST EM, PELO MENOS, DUAS DERIVAÇÕES DE FORMA SIMULTÂNEA, COM AJUSTE DOS PONTOS DE REFERÊNCIA PARA MEDIDA DO DESNIVELAMENTO, SE NECESSÁRIO; DEVE APRESENTAR 24H DE ANÁLISE DE ECG C/ COM CORREÇÃO DE INTERVALO QT P/ VISUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICA NA PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA E CLASSIFICAR, NO MÍNIMO, 20 (VINTE) PADRÕES DE ARRITMIAS DIFERENTES. RESPIRAÇÃO: AQUISIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA, FEITA PELO CABO DE ECG; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ALARME DE APNÉIA. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICO E STAT; FAIXA DA MEDIDA DA PRESSÃO: 30 A 250 MMHG; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DA PRESSÃO: 1 MMHG; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA PRESSÃO EXCESSIVA PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL); PRESSÃO INVASIVA: 02 (DOIS) CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, FAIXA DE MEDIDA: 0 - 300 MMHG, RESOLUÇÃO: 1 MMHG. OXIMETRIA (SPO2): FAIXA DE SATURAÇÃO DE O2 ENTRE 40 A 100%; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE SPO2: 1 %; C/ ÍNDICE DE PERFUSÃO PARA AVALIAR A QUALIDADE DA MEDIÇÃO; FAIXA DA FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): 40 A 240BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FP: 1 BPM. TEMPERATURA: DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 2 (DOIS) CANAIS DE MONITORAÇÃO; DEVE PERMITIR A MEDIDA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES, COMO O ESÔFAGO OU RETO; FAIXA DE MEDIDA DA TEMPERATURA: 5 A 45 °C; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE TEMPERATURA: 0,1 °C; POSSUIR CAPNOGRAFIA DO TIPO SIDESTREAM POR TER MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO		

	ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO OBRIGATORIAMENTE: 01 CIRCUITO DE PACIENTE TAMANHO ADULTO EM SILICONE CORRUGADOS EXTERNAMENTE E LISOS INTERNAMENTE, PERMITINDO ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO EM SILICONE, PERMITINDO A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO; 01 MANGUEIRA DE 3 METROS PARA OXIGÊNIO; 01 MANGUEIRA DE 3 METROS PARA ÓXIDO NITROSO; 01 MANGUEIRA DE 3 METROS PARA AR COMPRIMIDO; MANUAL OPERACIONAL NA LÍNGUA PORTUGUESA; 01 CABO COMPLETO DE ECG 5 VIAS; 01 (UMA) BRAÇADEIRA TIPO ADULTO; 01 (UM) SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, TIPO "CLIP"; 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEIS TIPO PELE; 01 UNIDADES DE LINHAS DE AMOSTRA E 01 APRISIONADOR DE ÁGUA; 01 BATERIA INTERNA; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO.		

PREÇO DO EDITAL R$ 123.500,00 (CENTO E VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 119.000,00	Ñ COTOU	R$ 118.000,00 1º	Ñ COTOU	R$ 34.078,38 (DESCLASSIFICADA)	Ñ COTOU	Ñ COTOU	Ñ COTOU	R$ 33.865,39 (DESCLASSIFICADA)	Ñ COTOU
	R$ 117.800,00		R$ 117.000,00							
	R$ 116.500,00		R$ 116.000,00							
	R$ 115.500,00		R$ 114.000,00							
	R$ 113.000,00		R$ 112.500,00							
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 112.500,00**							

2	APARELHO DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL, ALTURA 1,47M A 1,92M. MONTADO SOBRE BASE DE FERRO PINTADO MEDINDO 0,56 M X 0,56 M, DOTADO DE 4 PÉS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. 220 VOTS.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 344,03 (TREZENTOS E QUA RENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	E SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 300,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 592,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 588,30 (DESCLASSIFICADA)	
ITEM CANCELADO/FRACASSADO										
3	APARELHO DE RADIOLOGIA DIGITAL, APARELHO DE RAIOS X DE150KV/65KW. ● TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380VAC, TRIFÁSICO AC / 60HZ, COM FAIXA DE KV DE 40KV A 150KV, COM PASSO DE AJUSTE DE KV DE 1KV, COM FAIXA DE MA 50 A 630MA, FAIXA DE MAS 0,250 A 500 MAS , ● TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0,004 A 6,30S ; TIPO DE GERAÇÃO MULTIPULSO (ALTA FREQÜÊNCIA); FOCO DE ATÉ 1.0 / 2.0 MM; VELOCIDADE DO ANODO A PARTIR DE 3000 RPM; DIÂMETRO DO ANODO DE APROXIMADAMENTE 90 MM; TENSÃO MÁXIMA TUBO 150 KV; MÁXIMA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO TÉRMICA A PARTIR DE 400 KHU ; POTENCIA NOMINAL DO ANODO 50 KW (FOCO FINO E GROSSO RESPECTIVAMENTE). ● MESA FIXA COM DIMENSÕES DO TAMPO DE NO MÍNIMO 90CM LARGURA X 200 CM COMPRIMENTO; TIPO DO TAMPO/MESA FLUTUANTE; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO ±70CM; DESLOCAMENTO TRANSVERSAL DO TAMPO ±16CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO BUCKY MESA APROXIMADAMENTE 57CM; DISPOSITIVO CENTRALIZADOR CHASSI BUCKY MESA; TAMANHO MÁXIMO DO CHASSI 43 X 43 CM, FREIOS DO MOVIMENTO DO TAMPO ATRAVÉS DE PEDAL ELETROMAGNÉTICO; FREIO DO BUCKY MESA ELETROMAGNÉTICO; PESO SUPORTADO PELA MESA DE 250 KG. GRADE FIXA DA MESA DE 103 LINHAS. ● COLUNA/ESTATIVA DE CHÃO OU TETO; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL ESTATIVA PORTA TUBO MANUAL ± 190CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DA ESTATIVA PORTA TUBO COM FREIO TIPO ELETROMAGNÉTICO; DESLOCAMENTO VERTICAL DO BRAÇO PORTA TUBO MANUAL DE 120CM; DESLOCAMENTO VERTICAL DO BRAÇO PORTA TUBO COM FREIO ELETROMAGNÉTICO; ROTAÇÃO DA COLUNA ESTATIVA PORTA TUBO ± 170 GRAUS; LIBERAÇÃO DE FREIO DE ROTAÇÃO DA COLUNA ESTATIVA PORTA TUBO MANUAL POR PEDAL; PERMITIR GIRO DO TUBO DE RAIOS X AO REDOR DO EIXO DO SUPORTE DO BRAÇO 90° (MOVIMENTO ROTACIONAL); FREIO ELETROMAGNÉTICO DE GIRO DO TUBO DE RAIOS X; INDICAÇÃO DE ÂNGULO LUMINOSO POR GRAVIDADE ;INDICAÇÃO DE PARÂMETROS NO PAINEL KV /MAS /MA. ● DETECTOR DR TIPO FLAT PANEL SEM FIO (WIRELESS), PORTÁTIL DE TAMANHO 35X43 CM DISTÂNCIA ENTRE PIXEL 150MM OU MENOR, CINTILADOR DE CSI (IODETO DE CÉSIO), COM TAMANHO DE MATRIZ DE IMAGEM DE APROXIMADAMENTE 2500 X 3000 PIXEL, COM ÁREA APROXIMADA EFETIVA DE IMAGEM DE 358MM X 430MM, COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM DIGITAL (A/D) DE 14 BIT OU MELHOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (ALT ×LARG. × ESP.) 384MM× 460MM× 15MM E PESO MAX DE 3,5 KG OU MENOS. DEVE SER PORTÁTIL, SEM FIO, ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL OU SISTEMA SIMILAR. NO CASO DE BATERIAS, DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR DE BATERIA E NO MÍNIMO 2 BATERIAS SOBRESSALENTE. ● CARGA MÁXIMA TOLERADA DISTRIBUÍDA SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR MÍNIMA DE 150KG; O DETECTOR DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP55 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E PROTEÇÃO CONTRA FLUIDOS) CONFORME IEC 60529. ● DEVE PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, PARA EXAMES EXTERNOS. RESOLUÇÃO: 14BITS, OU MELHOR; DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM PORTUGUÊS, COM POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR IMAGENS EM IMPRESSORA DRY. SOFTWARE PARA EXAMES DE COLUNA TOTAL. COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS PACS PARA ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO (DICOM STORAGE) E RECEBIMENTO DE CADASTRO DE PACIENTE EM WORKLIST. GERAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO DICOM COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO PARA OUTROS FORMATOS COM JPEG, TIF, GIF E BMP. SOFTWARE DEVE POSSUIR LOGIN E SENHA DE MODO A IDENTIFICAR O OPERADOR QUE REALIZOU O EXAME E HIERARQUIA ENTRE ADMINISTRADOR E OPERADOR. DEVE ACOMPANHAR ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO E SOFTWARES LICENCIADOS; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA E NA ANATEL. ● POSSUIR SISTEMA DE MEDIÇÃO REAL DA RADIAÇÃO DO EXAME EXECUTADO NO PACIENTE COMO TAMBÉM A ÁREA DO TECIDO IRRADIADO. ESTE SISTEMA DE MEDIÇÃO DE "PRODUTO DOSE-ÁREA" (DAP) DEVE SER INSTALADO DE FORMA INTEGRADA E PERMANENTE NO EQUIPAMENTO. TAL MEDIÇÃO DEVE SER FEITA EM MICROGRAY/CM² E ESTE SISTEMA DEVE PERMITIR QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM IMPRESSAS EM FILME OU SEREM									UNID	1

	ENVIADAS AO PACS. ● O SOFTWARE DO APARELHO DE RAIOS X DIGITAL DEVE PROPORCIONAR A CONFECÇÃO DE IMAGENS LONGAS DE DIMENSÕES MÍNIMAS 1,60M POR 0,35M, MONTANDO DE FORMA AUTOMÁTICA AS AQUISIÇÕES RADIOGRÁFICAS . DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DE MEDIÇÃO DESTAS IMAGENS, POSSIBILITANDO O REGISTRO DE TAIS MEDIDAS NA IMPRESSÃO OU NA VISUALIZAÇÃO NO MONITOR DA CONSOLE DO EQUIPAMENTO OU NO ENVIO PARA UM SISTEMA PACS. ● POSSUIR UMA CONSOLE, ANEXA À ESTRUTURA DO TUBO - COLIMADOR DO APARELHO DE RAIOS X , QUE PERMITA AO OPERADOR A VISUALIZAÇÃO IMEDIATA DAS IMAGENS DOS EXAMES , ACEITAR OU REJEITAR TAIS IMAGENS, ATUAR NA TÉCNICA DOS EXAMES NOS PARÂMETROS KVP E MAS. ● GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. ● DEVE EXIGIR QUE O FABRICANTE APRESENTE O DETECTOR E O APARELHO DE RAIOS X EM UM MESMO REGISTRO NA ANVISA ● DEVE TER SUPORTE TÉCNICO PRESTADO POR TÉCNICO COMPROVADAMENTE TREINADO E CONTRATADO POR CLT PELA EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO NA ANVISA, QUE COMPROVE RESIDÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.		

PREÇO DO EDITAL R$ 156.066,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 149.000,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 158.400,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 157.410,00 (DESCLASSIFICADA)	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

4	APARELHO DE ULTRASSOM: Equipamento transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico. Transdutores multifrequênciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional. Medidas automáticas, através da detecção automática de bordos, para realização automática de fração de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. Software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes. Software de análise automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. HD interno de pelo menos 500 GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4. Conectividade de Rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI(padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de Imagens em Pen Drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel. Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Cardíaco Setorial Adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz; Transdutor Cardíaco Setorial	UNID	1

	Pediátrico que atenda as frequências de 4.0 a 6.0 MHz; Transdutor Llinear que atenda as frequências de 4.0 a 11.0 MHz; Transdutor Transesofágico Multiplanar que atenda as frequências de 3.0 a 6.0 MHz, trabalho com faixa de frequência harmônica. Acessórios: Impressora a laser colorida, ECG de 3 vias, suporte para transdutor transesofágico e no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante		

PREÇO DO EDITAL R$ 272.000,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 268.000,00		R$ 156.480,00			R$240.000,00	R$ 155.502,00	

ITEM CANCELADO/ ERRO TERMO DE REFERÊNCIA

5	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO EM CHAPA DE AÇO SUPER REFORÇADA, NA COR CINZA, MEDINDO 1,98 X 0,9 X 0,4 M, DUAS PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA TIPO MAÇANETA CROMADA COM CHAVES	UNID	15

PREÇO DO EDITAL R$ 466,07

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 380,00 1º		R$ 390,00 (2º)		R$ 768,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 452,45 3º		R$ 763,20 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 374,00		R$ 375,00				R$ 379,00			
	SEM LANCE		SEM LANCE				R$ 370,00			

PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 370,00**			
6	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS DE CHAPA 26. TIPO DE FECHAMENTO CADEADO. ALTURA: 1,96M LARGURA: 0,63CM PROFUNDIDADE: 0,36M QUANTIDADE DE PORTAS: 8 CHAPA: CORPO 26 / PORTAS 22.								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 798,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 580,00		R$ 590,00		R$ 1.200,00		R$ 771,20		R$ 1.192,50	
	1º		2º		(DESCLASSIFICADA)		3º		(DESCLASSIFICADA)	
	R$ 560,00		R$ 570,00				SEM LANCE			
	SEM LANCE		R$ 550,00							
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 550,00**							
7	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS LATERAIS DE CHAPA.ARMÁRIO TIPO VITRINE.ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA.DUAS PORTAS EM VIDRO COM ESPESSURA DE 3MM COM ABERTURA DE 180º E FECHADURA TIPO YALE.LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA.COM QUATRO PRATELEIRAS DE VIDRO COM ESPESSURA DE 4MM.PÉS EM TUBO QUADRADO DE 25X25MM PAREDE 1,2MM, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI.DIMENSÕES:LARGURA: 0,70M; ALTURA: 1,60M; PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,35M.								UNID	8
PREÇO DO EDITAL R$ 583,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 480,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 460,00 1º		R$ 608,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 471,05 2º		R$ 604,20 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 455,00				R$ 459,00			
			SEM LANCE				R$ 454,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 454,00**			

8	ARQUIVO DE AÇO: ARQUIVO ESCRITÓRIO, NOME ARQUIVO ESCRITÓRIO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA DE AÇO 22, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, FECHADURA CARRO TELESCÓPIO. TAMANHO 133 X 46 X 70 CM	UNID	10

PREÇO DO EDITAL R$ 475,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 338,69 1º		R$ 400,00 2º		R$ 592,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 474,45 3º		R$ 583,30 (DESCLASSIFICADA)	
	SEM LANCE		R$ 330,00				R$ 338,00			
			SEM LANCE				R$ 329,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 329,00**			

9	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - CAPACIDADE DE 10 LITROS. SILENCIOSO PARA TRABALHOS CONTÍNUOS COM BAIXO RUÍDO (MENOR QUE 60 DBA); PORTÁTIL, COM ALÇA DE EMPUNHADURA NA PARTE FRONTAL, MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO, COM FREIO; EQUIPAMENTO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBA IEC 601-1/94; EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1 – PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA; CAIXA DE PROTEÇÃO DO GRUPO MOTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM SISTEMA DE EXAUSTÃO FORCADO DE AR; COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA DO MOTOR DE ¼ HP; CABEÇOTE ALETADO QUE FACILITA A DISSIPAÇÃO DO CALOR; FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE DIAFRAGMA DE NEOPRENE E NYLON, ELIMINANDO AS SUPERFÍCIES DE FRICÇÃO; ISENTO DE ÓLEO; MICRO-FILTRO PARA FILTRAGEM DE AR ATÉ 0,5 MÍCRON; REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX, DE PASSO FINO; VACUÔMETRO, CALIBRADO ATE 29 POL HG (760 MMHG); VÁLVULA DE ESFERA PARA BLOQUEIO DA PASSAGEM DO LÍQUIDO PARA O CABEÇOTE; KIT PEDAL DE ACIONAMENTO". ELÉTRICO, PARA USO INTERMITENTE, COM TECLA COMUTADORA PARA OPÇÃO DE USO INTERMITENTE/CONTÍNUO; KIT ALARME PARA NÍVEL DE LIQUIDO COM TECLA DE DUPLA FUNÇÃO PARA INIBIR O SOM DO ALARME E RELIGAÇÃO DO APARELHO; CÂNULADESCARTÁVEL COM EXTENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 2,0 M DE COMPRIMENTO; SUPORTE PARADUAS CÂNULAS; TAMPÃO DO FRASCO PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA; LÂMPADA PILOTO PARA INDICAÇÃO DELIGAÇÃO GERAL; ACOMPANHA: 2 FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOSE A ALTA TEMPERATURAS (121C), DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS PORFRASCO, GRADUADOS EM ALTO-RELEVO; FLUXO DE AR MÁXIMO 24 L/MIN; VÁCUO MÁXIMO 22 POLHG /560 MMHG; MEDIDAS EXTERNAS (L X P X H):45 X 52 X 120 CM; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLTSCOM CHAVE DE COMUTAÇÃO; POTÊNCIA ELÉTRICA PREVISTA: 540VA – FREQUÊNCIA: 60HZ.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 3.851,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.851,67 2º		R$ 3.108,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 3.630,40 1º				R$ 3.607,71 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 3.630,00				R$ 3.600,00					
	R$ 3.590,00				R$ 3.580,00					
	SEM LANCE									
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 3.580,00**					

	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO ELETRÔNICO, COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ DEFINIDOS. COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA DE TRABALHO DE 90 A 135 E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ATÉ 99 MINUTOS CADA. DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS PROGRAMAS, FASES DO CICLO PRESSÃO TEMPO E TEMPERATURA. TECLADO NUMÉRICO DE 0 A 9 MAIS TECLAS DE FUNÇÃO. CHAVE INTERRUPTORA COM LÂMPADA PILOTO. MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA. MANOVACUÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA. CÂMARA INTERNA COM FORMATO RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 100 LITROS (MÍNIMO), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L, COM ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO BRILHANTE E CÂMARA EXTERNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. TESTADAS HIDROSTATICAMENTE CONFORME NR 13. DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO TÉRMICA, ATRAVÉS DE CAMADAS DE LÃ DE ROCHA ALUMINIZADA, E REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPAS GALVANIZADAS PARA EVITAR PERDA DE CALOR E AQUECIMENTO DO AMBIENTE DE TRABALHO. DOTADA DE PONTO DE TOMADA DE TEMPERATURA E VALIDAÇÃO. NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PORTA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MACIÇA E ABAULADA INTERNAMENTE, COM ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO E BRILHANTE. COMANDADA POR VOLANTE CENTRAL, TEM SEU FECHAMENTO HERMÉTICO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE HASTES DE APERTO NOS ORIFÍCIOS DO FLANGE, E DOTADO DE GUARNIÇÃO DE SILICONE, QUE GARANTE TOTAL VEDAÇÃO DO VAPOR. FLANGE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHANTE. SISTEMAS DE SEGURANÇA COM: • TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA, COLOCADA		
10	NO INTERIOR DO EIXO CENTRAL DA PORTA, IMPEDINDO A SUA ABERTURA QUANDO HOUVER PRESSÃO NA CÂMARA INTERNA; • VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO IMEDIATO NA CÂMARA EXTERNA, CASO A PRESSÃO ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE TRABALHO; • VÁLVULA MANUAL, PARA DESCARGA TOTAL DO VAPOR E PRESSÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA; PRESSOSTATO DE SEGURANÇA E CONTROLE NA CÂMARA EXTERNA E CÂMARA INTERNA; • CONTROLE DE NÍVEL E ELETRODOS, PARA CONTROLE DA ENERGIA ELÉTRICA NAS RESISTÊNCIAS CONFORME O NÍVEL DE ÁGUA, PROTEGENDO-AS CONTRA QUEIMA; REGISTRO DE AGULHA ACOPLADO À CÂMARA INTERNA PARA DESCOMPRESSÃO LENTA E ELIMINAÇÃO DA UMIDADE; • REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO ENTRE A CÂMARA INTERNA E EXTERNA PARA CONTROLE DA INJEÇÃO DE VAPOR NOS TESTES DE BOWIE DICK; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 170X65X90 CM POTÊNCIA: 11KW TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR DE VAPOR ACOPLADO À CÂMARA EXTERNA. FABRICADO EM AÇOINOXIDÁVEL AISI 304. ABASTECIDO AUTOMATICAMENTE POR MEIO DE BOMBA DE ÁGUA, COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ACOPLADAS AO EQUIPAMENTO. COM ELETRODOS OU BÓIA PARA CONTROLAR O NÍVEL DE ÁGUA E CORTAR A CORRENTE ELÉTRICA NO CASO DE OBSTRUÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PROTEGENDO AS RESISTÊNCIAS CONTRA QUEIMA. • SISTEMA DE VÁCUO: DOTADO DE UMA BOMBA DE VÁCUO PARA PROCESSAR AS OPERAÇÕES DE PRÉ-VÁCUO E SECAGEM, POR EXTRAÇÃO DA UMIDADE DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS. ABASTECIMENTO DOTADO DE UMA BOMBA DE ÁGUA PARA ABASTECER AUTOMATICAMENTE O GERADOR DE VAPOR ANTES OU DURANTE OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, COM POTÊNCIA CAPAZ DE ABASTECÊ-LO MESMO QUANDO PRESSURIZADO. COM PAINEL SUPERIOR QUE ACOMODA OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE, DOTADO DE VENTILAÇÃO FORÇADA ALÉM DE ACOMODAR O CONTROLADOR DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA GABINETE MONTADO EM ARMAÇÃO DE CANTONEIRAS SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE. REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ESCOVADO. SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE 1,5 HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA ACESSÓRIOS 01 RACK FABRICADO EM AÇO INOX, PARA ACOMODAR OS MATERIAIS MEDINDO APROXIMADAMENTE 41 X 41 X 60 CM 01 IMPRESSORA SERIAL MATRICIAL, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DO CICLO SELECIONADO.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 93.766,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	E SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 81.820,00 1º		R$ 89.500,00 2º		R$ 104.000,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 103.350,00 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 81.500,00		R$ 81.800,00							
	R$ 80.000,00		R$ 81.000,00							
	R$ 78.000,00		R$ 79.000,00							
	SEM LANCE		R$ 76.000,00							
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 76.000,00**							
11	AUTOCLAVE HOSPITALAR 48L								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 5.679,83										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 5.532,80 (DESCLASSIFICADA)		R$ 5.200,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 7.632,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 7.624,05 (DESCLASSIFICADA)	
ITEM CANCELADO										
12	AUTOCLAVE VERTICAL CAP. 21LT. COM CUBA DE INOX								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 3.089,10										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.089,10 2º		R$ 3.040,00 1º		R$ 3.638,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 3.615,66 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 2.990,00		R$ 2.900,00							
	SEM LANCE									
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 2.900,00**							

13	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, Capacidade de até 200kg e régua antropométrica de até 02 metros.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 973,08

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 960,00 1º		R$ 973,00 3º		R$ 1.070,40 (DESCLASSIFICADA)				R$ 1.063,61 (DESCLASSIFICADA)	R$ 970,00 2º
	R$ 910,00		R$ 959,00							R$ 930,00
	R$ 890,00		SEM LANCE							R$ 900,00
	R$ 860,00									R$ 870,00
	SEM LANCE									R$ 850,00

PROPOSTA VENCEDORA										**R$ 850,00**
14	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Modo de operação/capacidade: digital/ até 15kg dimensões da concha: mínimo 540x290 (mm) tara: possui								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 570,32										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 540,00 1º		R$ 570,00 2º		R$ 726,40 (DESCLASSIFICADA)				R$ 721,86 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 535,00		R$ 530,00							
	SEM LANCE									
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 530,00**							
15	BALCÃO TÉRMICO BANHO MARIA ELÉTRICO EM AÇO INOX ESCOVADOVERSÃO FIXA COM 6 CUBAS E TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO; 220V; MEDIDA APROXIMADA: ALTURA: 23 CM X LARGURA: 105 CM X PROFUNDIDADE: 61 CM; PESO APROXIMADO: 20 KG.								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 2.879,33										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.400,00		R$ 2.400,00				R$ 2.385,00 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE							

PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 2.400,00**					
16	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS: material aço inox, capacidade 20 litros, características adicionais tipo a chute com rodízios giratórios, aplicação cirurgia , material estrutura aço inoxidável								UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 393,58										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 320,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 656,00 (DESCLASSIFICADA)		~~R$ 392,45~~		R$ 651,90 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 392,45**			
17	BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA INOX REFRIGERADO- ÁGUA GELADA E NATURAL; CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; TORNEIRAS EMBUTIDAS; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 31X96X34 CM; MÁSCARA COLORIDA REMOVÍVEL E PINGADEIRA REMOVÍVEL.								UND	5
PREÇO DO EDITAL R$ 2.020,33										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.540,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 2.432,00 (DESCLASSIFICADA)	R$ 1.920,00 (DESCLASSIFICADA)	R$ 2.019,45 (DESCLASSIFICADA)		R$ 2.416,80 (DESCLASSIFICADA)	
ITEM CANCELADO										
18	BEBEDOURO DE MESA PARA ÁGUA REFRIGERADO BRANCO- PARA GALÃO DE 20 L; ÁGUA GELADA E NATURAL; CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; TORNEIRAS EMBUTIDAS. 01 DISPENSER PARA								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 862,33										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 740,00 1º		R$ 784,00 2º	R$ 819,00 3º	R$ 861,45 (FORA DOS 10%)		R$ 779,10 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE		R$ 700,00	R$ 730,00				
					R$ 670,00	R$ 680,00				
					R$ 640,00	R$ 650,00				
					R$ 600,00	R$ 630,00				
					R$ 580,00	R$ 590,00				
					SEM LANCE	R$ 570,00				
PROPOSTA VENCEDORA						**R$ 570,00**				

19	BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR CESTO EM ACRÍLICO BASE EM INOX. DIMENSÃO APROXIMADA DO CESTO EM ACRÍLICO: 740 X 420 X 140 MM. PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM COLCHONETE IMPERMEÁVEL	UNID	10

PREÇO DO EDITAL R$ 869,97

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 869,97 (DESCLASSIFICADA)		R$ 690,00 1º		R$ 1.219,20 (DESCLASSIFICADA)		R$ 868,45 2º		R$ 1.211,58 (DESCLASSIFICADA)	

			R$ 690,00				SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 690,00**							
20	BIOMBO DUPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX CORTINAS BRIM CRU COM RODÍZIOS. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, COM UM EIXO GIRATÓRIO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. DIMENSÕES (ABERTO): Comprimento: 1,20 m X Altura: 1,80 m								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 244,32										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 244,32 (DESCLASSIFICADA)		R$ 240,00 1º		R$ 276,80 (DESCLASSIFICADA)		R$ 243,45 2º		R$ 275,07 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 239,00				SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 239,00**							
21	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX CORTINAS BRIM CRU COM RODÍZIOS. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, COM DOIS EIXOS GIRATÓRIOS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. DIMENSÕES (ABERTO): Comprimento: 1,80 m X Altura: 1,80 m								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 904,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 904,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 620,00 1º		R$ 1.145,60 (DESCLASSIFICADA)		R$ 858,65 2º		R$ 1.138,44 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 618,00				R$ 619,00			
							SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 618,00**							

22	BISTURI ELÉTRICO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, EM CIRURGIAS GERAIS. DEVE FUNCIONAR NOS MODOS BIPOLAR E MONOPOLAR; POSSUIR OS MODOS DE OPERAÇÃO DE CORTE, COAGULAÇÃO E MISTO (CORTE + COAGULAÇÃO). PARA O MODO MONOPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA DE CORTE 300 W E POTÊNCIA MÁXIMA DE COAGULAÇÃO 120W. PARA O MODO BIPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 80 W. SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE CONTATO PARA PLACA DE PACIENTE; AJUSTE DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE POTÊNCIA DE COMANDO MANUAL OU POR TECLAS BLINDADAS NO PAINEL FRONTAL QUE DEVEM SER A PROVA DE LÍQUIDOS; ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO ATRAVÉS DE CANETA COMANDO MANUAL, ALÉM DO ACIONAMENTO NORMAL POR PEDAL DE DUPLO COMANDO; ACIONAMENTO DO MODO BIPOLAR COM PEDAL INDEPENDENTE DO MONOPOLAR; SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL COM TONS DIFERENCIADOS EM MODO DE CORTE E COAGULAÇÃO, PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA; VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO; 03 MODALIDADES DE CORTE (BAIXO PARA TECIDOS DELICADOS OU CIRURGIA LAPAROSCÓPICA; PARA CORTE LIMPO COM POUCA HEMOSTASIA E COMBINADO PARA CORTE LENTO) INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE; MODALIDADES DE COAGULAÇÃO: DESSECAÇÃO, FULGURAÇÃO E SPRAY INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE; 02 MODALIDADES DE BIPOLAR: BIPOLAR E MICROBIPOLAR. SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS PARA OS MODOS MONOPOLAR E BIPOLAR; SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE PLACA PACIENTE QUE BLOQUEIE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA FALHA NA CONTINUIDADE DO CABO E OU CONEXÃO PLACA-CABO; INDICADOR DE IMPEDÂNCIA DO CONTATO DA PLACA DE PACIENTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 110/220 VOLTS 60HZ; INDICAÇÃO DAS POTENCIAS MÁXIMAS DE SAÍDA EM CADA MODO DE OPERAÇÃO. ACESSÓRIOS: CARRO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS E PRATELEIRA PARA ACESSÓRIOS; 01 PEDAL DE ACIONAMENTO DUPLO COMANDO A PROVA D'ÁGUA E EXPLOSÃO PARA USO EM MODO MONOPOLAR; 01 PEDAL DE ACIONAMENTO SIMPLES COMANDO; 01 PLACA DE RETORNO PERMANENTE DE AÇO INOX COM CABO COMPATÍVEL.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 30.220,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 30.220,00 2º		R$ 29.000,00 1º		R$ 39.520,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 39.273,00 (DESCLASSIFICADA)	

	R$ 28.700,00		R$ 28.300,00							
	SEM LANCE									
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 28.300,00**							
23	BOMBA DE INFUSÃO LINEAR: Bomba de infusão, apropriada para infusão de soluções tanto por via enteral quanto por via parenteral, que incorpore todos os requisitos de segurança estabelecidos pela ANVISA. Vazão 0,1 999,9 ml/h em passos de 0,1ml/h, Vazão com a função BOLUS ativada 999,9 ml/h, Volume total a ser infundido 0,1 a 999,9 ml em passos de 0,1 ml 1000 a 999,9 ml em passos de 1 ml, Precisão +- 5% (típico), volume máximo infundido em condição de falha única 0,5 ml, Pressão máxima de infusão 1,5 bar (limitado mecanicamente), acionamento do alarme de oclusão na vazão no tempo para alarme no volume de Bolus gerado 1 ml/h - 25 ml/h 50 min - 1000 seg 0,9 ml - 0,8 ml; acionamento do alarme de oclusão de equipos da vazão do tempo para alarme no volume de Bolus gerado 1 ml/h - 25 ml/h 20 min - 40 seg 0,20 ml - 0,26 ml; alarme de ar na linha* atuação instantânea ajustável em bolhas de ar de 0,05 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml, ou 0,5 ml; volume de ar acumulado de 1,0 ml em 1 hora (a partir de bolhas de ar de 0,03 ml); Sensibilidade do sensor para bolhas de ar de 0,03 ml; KVO ou KVO* ajustável de 1 ml/h a 5 ml/h, em passos de 1 ml/h, tempo máximo em KVO 20 minutos, alimentação elétrica energizado internamente por bateria de 8 VCC alimentação externa de 12 VCC, consumo máximo 8,4 W, fontes de alimentação externa no peso da fonte de alimentação Banda larga (100 a 240 V~) 50/60 Hz 0,4 Kg (banda larga, 100 a 240 V~), Dimensões em mm (sem fonte de alimentação externa) 125 x 150 x 235 (A x P x L), Peso (sem fonte de alimentação externa 2,1 Kg, Umidade relativa 20% a 90% (não condensado), Temperatura de operação na temperatura de armazenamento 5 a 40 °C -10 a 60 °C; Tipo de bateria no método de recarga de bateria no tempo de operação em bateria (vazão = 25 ml/h) 8VCC (4x2 VCC) gel selada de 2,5 a corrente constante e flutuação ao atingir a tensão de standby 5 horas; Detecção de gotas Interrupção de feixe infravermelho; Detecção de ar Ultrassom; Princípio de bombeamento Peristáltico linear tipo dedilhamento; Garantia mínima de 1 ano.								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 4.002,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 4.002,00 2º		R$ 3.840,00 1º		R$ 5.520,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 5.485,50 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 3.800,00		R$ 3.750,00							
	SEM LANCE									

PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 3.750,00**							
24	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8' X 0,9MM; BASE EM QUATRO PÉS TUBULARES, HASTE EM AÇO INOX ¾' X 0,9MM, APOIO DE BRAÇO EM CHAPA AÇO INOX 0,80MM.ALTURA MÍNIMA: 0,80MALTURA MÁXIMA: 1,16M.							UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 182,07										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 170,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 154,00 1º		R$ 156,80 2º		R$ 181,45 (FORA 10%)		R$ 155,82 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE		R$ 150,00					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 150,00**					
25	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06? COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA.							UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 412,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 412,00 3º		R$ 360,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 238,24 1º		R$ 411,45 2º		R$ 236,75 (DESCLASSIFICADA)	
	SEM LANCE				R$ 238,24		SEM LANCE			

PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 238,24**					
26	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL SIMPLES. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA EM EPOXI-PÓ.RODAS TRASEIRAS COM 4 ROLAMENTOS E FREIOS BILATERAIS.RODAS DIRECIONAIS PEQUENAS DIANTEIRAS 6" (150MM).TODOS OS PNEUS MACIÇOS.ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON SIMPLES.APOIOS DE PÉS TUBULAR, RETRATEIS.APOIO DE BRAÇOS FIXOS.MEDIDAS:ALTURA: 95CM; LARGURA DO ASSENTO: 42CM; LARGURA TOTAL: 64CM; COMPRIMENTO: 100CM; PESO: 17KG; CAPACIDADE: 80KG.								UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 866,93										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 866,93 (FORA 10%)		R$ 690,00 2º		R$ 643,04 1º	R$ 860,00 3º	R$ 865,45 (FORA 10%)		R$ 639,02 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 630,00		R$ 620,00	R$ 640,00				
			SEM LANCE			SEM LANCE				
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 620,00**					
27	CADEIRA EMPILHÁVEL PLÁSTICA ERGONÔMICA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO.ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS.ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP). ESTRUTURA:• SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM.•SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾'.• PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM.OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA.• PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250º C.MEDIDAS: ASSENTO LXP: 46CM X 42CM ENCOSTO LXA: 46CM X 30CMTOTAL CADEIRA LXPXA: 54CM X 53CM X 82CM CAPACIDADE CARGA: 110KG.								UNID	60

PREÇO DO EDITAL R$ 138,67										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 138,67 3º		R$ 110,00 1º		R$ 156,80 (DESCLASSIFICADA)		R$ 137,45 2º		R$ 155,82 (DESCLASSIFICADA)	
	SEM LANCE		R$ 110,00				SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 110,00**							

28	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BASE COM REGULAGEM DE ASSENTO E ENCOSTO PREENCHIDO POR ESPUMA INJETÁVEL DE QUALIDADE, BRAÇOS COM ALTURA AJUSTÁVEIS E BASE BLACK SISTEM QUEM PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA E A INCLINAÇÃO PARA TRÁS. SUPORTA ATÉ 120 KG. ESTRUTURA PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA. REVESTIMENTO EM TECIDO SUEDE AZUL DE QUALIDADE. CADEIRA ERGONÔMICA 100% NACIONAL COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR17. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 62 X 102 X 60 CM. MEDIDAS INTERNA: PROFUNDIDADE ASSENTO 47CM; LARGURA ASSENTO 48 CM; ALTURA ENCOSTO: 53 CM.	UNID	20

PREÇO DO EDITAL R$ 350,33										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 320,00 1º		R$ 883,20 (DESCLASSIFICADA)		R$ 349,45 2º		R$ 877,68 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE				R$ 318,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 318,00**			

29	CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES EM POLIPROPILENO: CARACTERÍSTICAS: 1) ASSENTO: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na estrutura será por meio de 06 parafusos autoatarraxantes, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 378 mm, no mínimo, na cor a definir. 2) ENCOSTO: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; Possui furações com formato retangular com extremidades arredondadas, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de 8mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto; Largura de 462 mm e extensão vertical do encosto de 283 mm, na cor a definir. 3) ESTRUTURA: Composta por 04 pés, confeccionada em tubo de aço carbono 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto; A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm; A estrutura de união do assento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diâmetro de 7mmm, três em cada lado. O primeiro furo distanciado 35 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados, respectivamente, 98mm e 88mm considerando o primeiro furo. Possui também dois furos com diâmetro de 8mm, um de cada lado, na parte superior da estrutura a 63mm da extremidade, para fixar o encosto. 4) ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. C/ ASSENTO E ENCOSTO DE CHAPA ESMALTADA	UNID	10

PREÇO DO EDITAL R$ 91,83

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 91,83 3º		R$ 90,00 2º		R$ 118,40 (DESCLASSIFICADA)		R$ 89,45 1º		R$ 117,66 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 89,00		R$ 88,00				SEM LANCE			
	R$ 85,00		R$ 84,00							
	R$ 83,00		R$ 82,00							
	SEM LANCE									

PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 82,00**							
30	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL PINTURA ESMALTE POLIURETANO ALTA RESISTÊNCIA, COMPONENTES: COLETA DE SANGUE COM CONCHA E APOIO REMOVÍVEL, ESTOFADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONADA POR CILINDRO PNEUMÁTICO. ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS; DIMENSÕES: NORMAL 1X0,70X0,46M E RECLINADA 1,56X0,70X0,46M, ESTRUTURA DO LEITO TUBO QUADRADO 25X25MM E BASE REDONDOS 32 MM								UNID	3
PREÇO DO EDITAL R$ 394,17										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 394,17 (DESCLASSIFICADA)		R$ 360,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 456,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 392,45 1º		R$ 453,15 (DESCLASSIFICADA)	
							R$ 392,45			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 392,45**			
31	CALANDRA DE ALTA PRODUÇÃO (COM CILINDRO ACIMA DE 2 METROS) - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA PASSAGEM DE TECIDOS PLANOS. CALANDRA DE 2 ROLOS COM TAMANHO DE 3M DE COMPRIMENTO. AQUECIMENTO A GÁS, VAPOR OU ELÉTRICO. FABRICADA COM CALHA DE AÇO INOX AISI 304 E POLIDA. CILINDRO REVESTIDO COM FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. ENTRADA DAS ROUPAS ATRAVÉS DE MESA DE AÇO INOX AISI304; ENTRADA E SAÍDA DA ROUPA PELA PARTE FRONTAL. PAINEL DE COMANDO COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO, BOTÃO SELETOR DA ROTAÇÃO DO CILINDRO, E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE REVERTE O CILINDRO CASO O OPERADOR TOQUE A GRADE DE PROTEÇÃO. TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE MOTOR REDUTOR COROA EEIXO SEM FINS TRATADOS E RETIFICADOS. TOTALMENTE FECHADA.								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 30.578,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 30.578,00 2º		R$ 27.200,00 1º		R$ 115.200,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 114.480,00 (DESCLASSIFICADA)		
	SEM LANCE		R$ 27.200,00								
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 27.700,00**								
32	CAMA BOX SOLTEIRO, COLCHÃO ESPUMA D33 - 88X188X60CM CAPACIDADE DE 100KG.									UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 512,00											
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
E. L.			R$ 490,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 512,00				R$ 508,80 (DESCLASSIFICADA)		
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 512,00**						
33	CAMA DE FAWLER INFANTIL: Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PESEIRA removíveis totalmente preenchidas sem vãos ou grades, fabricadas em material poliuretano injetado ou similar, com decoração infantil com temas de animais, sendo que a decoração deve ser resistente a limpeza inclusive lavagem; CHASSI: fabricado em tubo quadrado de aço de aproximadamente 30 x 30 x 1,2 mm, com pintura eletrostática a pó. ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em longarinas de aço perfilados em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro secções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorso 70º; Fawler; Flexão de Joelhos 20°; Vascular; Elevação do Leito; movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Grades laterais em toda extensão do leito, fabricadas em aço inox, retangulares, ambas de abaixar, bordas em "L" ou em curva única, com sistema de travamento e destravamento de forma rápida; Para-choque de borracha redondo nos 4 cantos do berço para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externas: 165 x 80 cm (variação ± 5 cm); Altura: 65 cm x 100 cm (variação ± 10 cm); Capacidade de carga até 80kg. Acompanha: colchão revestido em courvim densidade mínima D28 revestido com capa antibacteriana, com selo registro no INMETRO. Suporte para soro em aço inoxidável									UNID	10
PREÇO DO EDITAL R$ 1.044,83											
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS,	TEKMARKET INDUSTRIA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE	MARCOS VINICIUS	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA	K.C.R.S. COMERCIO	

	APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	NASCIMENTO DOS SANTOS – ME		SYSTEMS LTDA	DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 1.044,83 (DESCLASSIFICADA)		R$ 980,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 1.680,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 1.043,45 1º		R$ 1.669,50 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 1.043,00**			
34	CAMA HOSPITALAR 8 MOVIMENTOS MOTORIZADA. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, VASCULAR, FLEXÃO DE PERNAS,SENTADO, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DO LEITO, TRENDELEMBURG E REVERSO DO TRENDELEMBURG (PROCLIVE). DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 C M. ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 48 CM. ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM. GRADES LATERAIS: 64X28 CM CADA. CAPACIDADE DA CAMA: 180 KG. CABECEIRA, PESEIRA E GRADE LATERAIS EM POLIETILENO INJETADO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCEIS DE SEGURAR, PROTEGEM SEM RESTRINGIR OS MOVIMENTOS DO LEITO. CORES DOS DETALHES DA CABECEIRA AZUL.DOTADA DE SISTEMA MECÂNICO, A MESMA ACOPLA-SE ABAIXO DO LEITO PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR FACILIDADE AO DESCER DA CAMA, FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ EPÓXI.LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA DE 1,20MM E REFORÇOS EM TUBOS QUADRADOS DE 20×20MM DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DE POLIPROPILENO COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE EM GEL COAT.MOVIMENTO DAS ARTICULAÇÕES ATRAVÉS MOTOR ELÉTRICO BIVOLT IMPORTADO DE TECNOLOGIA ALEMÃ.FABRICADA EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO CARBONO ASTM DE 50X30X 1,2MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, COM RODÍZIOS BLINDADOS, MACIÇOS									
	PREÇO DO EDITAL R$ 8.201,33									
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 8.201,33 (DESCLASSIFICADA)		R$ 6.900,00 (DESCLASSIFICADA)	R$ 8.200,00 3º	R$ 7.680,00 1º		R$ 8.199,45 2º		R$ 7.632,00 (DESCLASSIFICADA)	
				SEM LANCE	R$ 7.650,00		R$ 7.670,00			
							SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 7.650,00**					

35	CARRINHO DE PARADA E EMERGÊNCIA COMPLETO COM SUPORTE PARA DESFIBRILADOR. ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO DE AÇO QUADRADO. COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO SENDO A 1ª COM DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA AS 04 GAVETAS. CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO NA DIAGONAL. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO, INCLUSIVE O TAMPO. ACOMPANHA: TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 02 GANCHOS EM FORMA DE (T); SUPORTE PARA DESFIBRILADOR; SUPORTE PARA CILINDRO; FILTRO DE LINHA. DIMENSÃO APROXIMADA: 700 X 500 X 800 MM.	UNID	4

PREÇO DO EDITAL R$ 2.406,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 2.406,67 (FORA DOS 10%)		R$ 2.000,00 2º		R$ 2.000,00 1º		R$ 2.219,45 3º		R$ 1.987,50 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 1.940,00		R$ 1.900,00		R$ 1.990,00			
			R$ 1.800,00		**R$ 1.650,00**		R$ 1.850,00			
			SEM LANCE				SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 1.650,00**					

36	CARRO AUXILIAR TRANSPORTE EM AÇO INOX- COM 3 BANDEJAS; ALÇA DE MOVIMENTO EM TUBO; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 75CM, LARGURA 45CM; ALTURA 85CM; RODÍZIOS INDUSTRIAIS 04 UNIDADES 3" (POL.) SERVIÇOS PESADOS.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 2.254,73

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS –	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS –	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN

	ME	LTDA			LTDA	ME			LTDA – ME	TOS EIRELI
E. L.			R$ 1.980,00 2º		R$ 2.688,00 3º		R$ 1.612,25 1º		R$ 2.671,20 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE		SEM LANCE		R$ 1.612,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 1.612,00**			
37	CARRO CURATIVO INOX C/ RODÍZIO C/ SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX: Carro aço inox para curativo, tipo estrutura estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio, rodízios giratórios, acessórios gradil, suporte p/balde e bacia, medida 45 x 75 x 80, outros componentes balde aço inox 5l, bacia aço inox. Carro curativo, em aço inox: totalmente em aço inox aisi-304 polido. Demais características: estrutura em tubo de aço inox 3/4"parede-18; 2 prateleiras em chapa de aço inox nº 20; grades em vergalhão inox 5/16" contornando as prateleiras 5 cm acima; batente de borracha em volta do carro; 4 rodízios giratórios de 2", sendo 2 travaveis; dimensões (axlxc): 75x45x80 cm.								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 837,17										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 837,17 (DESCLASSIFICADA)		R$ 740,00 1º		R$ 1.096,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 752,95 2º		R$ 1.089,15 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 690,00				R$ 700,00			
			SEM LANCE				**R$ 680,00**			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 680,00**			
38	CARRO MACA C/GRADE LATERAL MÓVEL ESMALTADA C/RODÍZIO E BORRACHA DE PROTEÇÃO, SUPORTE P/SORO INOX E COLCHONETE MED. 1.90X50X80								UNID	8

PREÇO DO EDITAL R$ 862,30										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 2.400,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 790,00 2º		R$ 2.456,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 703,45 1º		R4 2.440,65 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 700,00				R$ 699,00			
			~~R$ 690,00~~				~~R$ 689,00~~			
			R$ 680,00				R$ 679,00			
			SEM LANCE							
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 679,00**			
39	**CARRO P/ TRANSPORTE DE ROUPAS INOX C/ RODÍZIO E BORRACHA DE PROTEÇÃO**								**UNID**	**2**
PREÇO DO EDITAL R$ 2.037,73										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.640,00 1º		R$ 2.318,40 (DESCLASSIFICADA)		R$ 1.738,25 2º		R$ 2.303,91 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 1.600,00				R$ 1.630,00			

			SEM LANCE				R$ 1.580,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 1.580,00**			
40	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: carro para transporte e armazenagem de um cilindro de gás medicinal de 50 L (10m3), montado sobre rodas, sendo duas traseiras maciças de no mínimo 3 polegadas e duas dianteiras maciças ou pneumáticas de no mínimo seis polegadas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor branca e correntes para fixação do cilindro.								UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 341,60

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 320,00 1º		R$ 387,20 (DESCLASSIFICADA)				R$ 384,78 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 320,00							
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 320,00**							

41	CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMADE 20 KG) – TIPO TRIPÉ, CAPACIDADE DE 21 A30KG, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,COM PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA.								UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 31.890,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 31.890,00 3º		R$ 29.700,00 2º		R$ 17.600,00 1º				R$ 17.490,00 (DESCLASSIFICADA)	

	SEM LANCE		SEM LANCE		R$ 17.600,00					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 17.600,00**					
42	COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/ 2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10 /100/1000. PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I5 OU SI MILAR, EQUIVALENTE, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE), VELOCIDADE DE CLOK DE NO MÍ NIMO 3.0 GHZ, MEMÓRIA CACHE 6MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 1TB, FONTE ATX 500W, PLACA DE VÍDEO 1GB OU SUPERIOR, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 21" OU SUPERIOR, TECLADO A								UNID	12
PREÇO DO EDITAL R$ 3.050,90										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.050,90		R$ 2.840,00		R$ 3.184,00	R$ 3.049,00			R$ 3.164,10	
ITEM CANCELADO										
43	**AR CONDICIONADO 12.000 BTU's:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de12.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; Funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.								UNID	20
PREÇO DO EDITAL R$ 1.664,60										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	E SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.560,00 1º		R$ 2.223,84 (DESCLASSIFICADA)	R$ 1.664,00 3º	R$ 1.663,45 2º		R$ 2.209,94 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 1.480,00			R$ 1.500,00	SEM LANCE			
						SEM LANCE				
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 1.480,00**							

44	**AR CONDICIONADO 18.000 BTU's:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de 18.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; Funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.	UNID	8

PREÇO DO EDITAL R$ 2.454,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.320,00 1º		R$ 3.567,84 (DESCLASSIFICADA)	R$ 2.454,00 3º	R$ 2.449,45 2º		R$ 3.545,54 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 2.290,00			R$ 2.300,00	SEM LANCE			
						SEM LANCE				
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 2.290,00**							

45	**AR CONDICIONADO 22.000 BTU's:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de 22.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; Funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 2.685,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.600,00 1º		R$ 4.351,84 (DESCLASSIFICADA)	R$ 2.685,00 3º	R$ 2.679,45 2º		R$ 4.324,64 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 2.580,00			R$ 2.590,00	SEM LANCE			
						SEM LANCE				
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 2.580,00**							
46	**AR CONDICIONADO 9.000 BTUs:** Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall, inverter; com capacidade de 9.000 btus; operação: frio; serpentina de cobre; com filtro do tipo removível e lavável; voltagem: 220v; com selo procel e classificação energética A; funções: movimento automático das palhetas e display de led; equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português, garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega (obs: com instalação do equipamento). Instalação deverá ser feita com tubulação de cobre em suas respectivas medidas e de acordo com o preconizado pelo fabricante.								UNID	15
PREÇO DO EDITAL R$ 1.546,67										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.490,00 1º		R$ 2.119,84 (DESCLASSIFICADA)	R$ 1.546,00 3º	R$ 1.539,45 2º		R$ 2.106,59 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 1.470,00			R$ 1.480,00	SEM LANCE			
			SEM LANCE			R$ 1.460,00				
PROPOSTA VENCEDORA						**R$ 1.460,00**				

47	DESFIBRILADOR PORTÁTIL: Desfibrilador Externo Automático, Com uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil, Com forma de onda bifásica, Deve possuir software, teclas e indicações em português, Com guia do usuário através de comandos de voz em português, Com detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90%, Com análise da impedância torácica, Deve possuir sistema de autoteste, Deve possuir memória para gravação de ECG (mínimo de 30 min.) e eventos (mínimo 10), Deve possuir proteção contra poeira e respingos de água, Deve possuir tecla para aplicação de choque, Devem seguir as diretrizes do protocolo Guideline da AHA, Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 04 Kg, Deve possuir indicações mínimas, em display de cristal líquido (LCD), Com indicação do nível de carga da bateria, Com display para monitoração de ECG, Com velocidade: 25 mm/s no mínimo, Deve medir a frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Com monitoração do ECG via pás adesivas, Desfibrilação: a) Com escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada), b) Deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás, c) Com tempo de carga máxima: até 12 segundos, d) Com descarga interna automática quando do desligamento do equipamento, e) Com descarga interna automática se não houver disparo; A bateria do Desfibrilador deve: a) Possuir tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 05 anos, b) Possibilitar no mínimo 180 choques com carga máxima ou 5 horas de monitoração contínua (ECG), Deverá acompanhar cada equipamento: a) 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega c) 01 (uma) bolsa ou maleta para transporte, com alça.	UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 8.966,64

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	E SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 8.966,64 (DESCLASSIFICADA)	R$ 8.966,00 1º	R$ 8.900,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 9.907,20 (DESCLASSIFICADA)				R$ 9.845,28 (DESCLASSIFICADA)	
		R$ 8.866,00								
PROPOSTA VENCEDORA		**R$ 8.866,00**								
	ELETROCARDIÓGRAFO INTERPRETATIVO DIGITAL 12 CANAIS. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃOIMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAXFÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA								UNID	
48	TECLAINTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXASBATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃOSOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM.ACOMPANHA: CABO DE FORÇA COM 3 PINOS; CABO PACIENTE 10 VIAS; CONJUNTO DE 6 ELETRODOS PRECORDIAIS E 4 ELETRODOS DE MEMBROS; 01 BOBINA DE PAPEL TERMO SENSÍVEL COM RENDIMENTO PARA 100 EXAMES; 01 TUBO DE GEL CONDUTOR; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110 E 220 VOLTS									3
PREÇO DO EDITAL R$ 13.986,67										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 13.986,67 3º		R$ 12.000,00 2º		R$ 8.251,20 1º				R$ 8.199,63 (DESCLASSIFICADA)	
	SEM LANCE		SEM LANCE		R$ 8.251,20					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 8.251,20**					
49	ESCADINHA 2 DEGRAUS AUXILIAR, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PISO EM COMPENSADO REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ.								UNID	30

PREÇO DO EDITAL R$ 170,27										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 170,27 (DESCLASSIFICADA)		R$ 120,00 2º		R$ 136,00 3º	R$ 170,00 (DESCLASSIFICADA)	R$ 94,25 1º		R$ 135,15 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE		SEM LANCE		R$ 94,25			
PROPOSTA VENCEDORA							~~R$ 94,25~~			

50	ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 1,98 DE ALTURA, 0,92 DE LARGURA E 0,30 DE PROFUNDIDADE, COM 6 BANDEJAS. SUPORTA ATÉ 50KG POR BANDEJA, COLUNA DUPLA NA CHAPA 18, AS BANDEJAS NA CHAPA 24 COM ESPESSURA DE 0,60MM SÃO REFORÇADAS E COM 3 DOBRAS, CONTÉM SAPATA DE PLÁSTICO, PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O CHÃO.	UNID	8

PREÇO DO EDITAL R$ 299,27										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 299,27 (DESCLASSIFICADA)		R$ 200,00 2º		R$ 344,00 (DESCLASSIFICADA)	R$ 299,00 3º	R$ 183,05 1º		R$ 341,85 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 180,00			SEM LANCE	R$ 178,00			
			SEM LANCE							
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 178,00**			

51	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 2 CÚPULAS. CÚPULAS CONFECCIONADA COM BRAÇO ARTICULÁVEL, PROPORCIONANDO MOVIMENTOS DE TORÇÃO, FLEXÃO, BASCULANTE E CIRCULARES, SENDO CONECTADA À HASTE SUPORTE DE TETO, EM FIBERGLASS, DOTADA DE REFLETOR DE VIDRO O QUAL RECEBE UMA CAMADA DIELÉTRICA DE FILME SELETIVO, FAZENDO COM QUE A LUZ REFLETIDA SEJA INTENSAMENTE BRANCA. O INFRAVERMELHO É DIRECIONADO PARA A PARTE POSTERIOR DO REFLETOR, EQUIPADA C/ BULBO DE HALOGÊNIO DE 12 V X 55W O QUAL PROPORCIONA ALTA REFLEXÃO LUMINOSA, NÃO NECESSITANDO DE FOCALIZADOR PARA CONCENTRAÇÃO DA LUZ EM VIRTUDE DE SEU FEIXE LUMINOSO SER ÚNICO, SENDO QUE A SUA AMPLITUDE SERÁ DETERMINADA PELA DISTÂNCIA ENTRE A SUA CÚPULA E O CAMPO OPERATÓRIO. A ESTRUTURA METÁLICA RECEBE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUEM DISPOSITIVO QUE PERMITEM GRADUAR A INTENSIDADE LUMINOSA POSSIBILITANDO QUE O CIRURGIÃO UTILIZE A INTENSIDADE DE LUZ IDEAL PARA CADA PROCEDIMENTO.A RETENÇÃO DO INFRAVERMELHO (CALOR), É PROPORCIONADA PELO EMPILHAMENTO DE MÚLTIPLAS CAMADAS DIELÉTRICAS (FILME SELETIVO) NO REFLETOR DE VIDRO ATRAVÉS DAS QUAIS SOMENTE A LUZ VISÍVEL (FRIA) É REFLETIDA E O INFRAVERMELHO (CALOR) É TRANSMITIDO PARA A PARTE POSTERIOR DO REFLETOR. EMPERATURA DE COR: 3800° A 4500° K, / VOLTAGEM: 127/220 VOLTS. / CICLOS: 50/60 HZ. / BULBOS HALÓGENOS: H1 12V X 55WATTS. / WATTS: 55 W.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 29.250,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 29.250,00 3º		R$ 26.000,00 2º		R$ 23.104,00 1º				R$ 22.959,60 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 23.000,00		R$ 22.800,00		R$ 22.750,00					
	R$ 22.500,00		SEM LANCE		R$ 22.400,00					
	R$ 22.300,00				R$ 22.000,00					
	R$ 21.800,00				R$ 21.500,00					

	R$ 21.000,00				R$ 20.500,00					
	R$ 20.000,00				R$ 19.950,00					
	R$ 19.000,00				R$ 18.900,00					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 18.900,00**					
52	FOCO DE LUZ AUXILIAR DE CONSULTÓRIO MÉDICO LUMINÁRIA AUXILIAR FLEXÍVEL, BASE EM TRIPÉ TUBULAR, ACABAMENTO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, HASTE FLEXÍVEL CROMADA COM ALTURA REGULÁVEL E REFLETOR PINTADO. 4 PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PESO: 1,8 KG. DIMENSÕES:LARGURA: 0,39M; ALTURA MÍNIMA: 1,10M / ALTURA MÁXIMA: 1,60M; PROFUNDIADE: 0,39M.								UNID	6
PREÇO DO EDITAL R$ 381,63										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 381,63 (DESCLASSIFICADA)		R$ 360,00 3º		R$ 315,20 1º	R$ 381,00 (FORA DOS 10%)	R$ 345,95 2º		R$ 313,23 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 320,00		R$ 316,00		R$ 319,00			
			SEM LANCE		SEM LANCE		R$ 315,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 315,00**			
53	FOGÃO INDÚSTRIAL CENTRAL COM 4 BOCAS E FORNO- 7 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 02 QUEIMADORES SIMPLES E 02 DUPLOS DE BAIXA PRESSÃO - GRANDE BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO CORPO EM AÇO INOX TAMPA EM AÇO INOX MEDIDAS DO FOGÃO : ALTURA : 80 CM; LARGURA : 78,8 CM; PROFUNDIDADE : 87,5 CM. MEDIDA INTERNA DO FORNO: ALTURA: 31 CM; LARGURA: 48 CM; PROFUNDIDADE: 59 CM; CAPACIDADE: 87 L								UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 2.543,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.200,00 2º		R$ 3.360,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 1.919,45 1º		R$ 3.339,00 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 1.909,45				R$ 1.900,00			
			~~SEM LANCE~~							
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 1.900,00**			
54	FREEZER HORIZONTAL; CAPACIDADE MINIMA 477L 2 PORTAS; COR: BRANCO. O CONGELADOR DEVERÁ POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.								UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 2.397,03										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.300,00		R$ 4.158,40 (DESCLASSIFICADA)				R$ 4.132,41 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 2.300,00**							
55	FREEZER VERTICAL ; CAPACIDADE MINIMA 228L; COR: BRANCO; 220V. O CONGELADOR DEVERÁ POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.								UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 2.750,97

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.700,00		R$ 4.798,40 (DESCLASSIFICADA)	R$ 2.750,00 (DESCLASSIFICADA)			R$ 4.768,41 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 2.700,00**							

56	GELADEIRA COM 01 PORTA, FROST FREE; CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS NA COR BRANCA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.	UNID	4

PREÇO DO EDITAL R$ 1.688,66

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.600,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 3.198,40 (DESCLASSIFICADA)				R$ 3.178,41 (DESCLASSIFICADA)	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

57	GELADEIRA DUPLEX- FROST FREE; CAPACIDADE: 340L a 375L; 220V. O CONGELADOR DEVERÁ POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 2.249,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS,	TEKMARKET INDUSTRIA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE	MARCOS VINICIUS	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA	K.C.R.S. COMERCIO

	APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	NASCIMENTO DOS SANTOS – ME		SYSTEMS LTDA	DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			**R$ 2.200,00**		R$ 4.318,40 (DESCLASSIFICADA)				R$ 4.291,41 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 2.200,00**							
58	IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL laser Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , Carta 215 x 279 mm, Envelope, Ofício 216 x 356 mm, com resolução de impressão de até 1200x1200dpi , com velocidade de impressão de 42ppm , impressão frente e verso , alimentador automático , com rendimento de impressão mensal de até 50.00,00 paginas. Com capacidade de bandeja de entrada de 250 folhas, conexão rede ethernet e usb 2.0 , com Memória de 512 MB ou superior, e compatibilidade com os Sistemas Operacionais : Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, Linux, Windows 10							UNID	2	

PREÇO DO EDITAL R$ 3.250,20

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 2.790,00 1º		R$ 3.684,80 (DESCLASSIFICADA)	R$ 3.250,00 2º			R$ 3.661,77 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE			R$ 2.780,00				
PROPOSTA VENCEDORA						**R$ 2.780,00**				
59	Impressora Multifuncional jato de tinta, com conexão wifi, com resoluçao de impressão de no mínimo 600x1200 dpi, velocidade de impressão mínima em preto de 27 ppm e em cores 15 ppm, com capacidade da bandeja de entrada de no mínimo 150 folhas, com suporte aos sistemas operacionais Windows Vista®□/Windows®□ 7/Windows®□ 8/8.1/Windows®□ 10 (32bit/ 64bit), Windows Server®□ 2003 SP2 – Windows Server®□ 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8							UNID	10	

PREÇO DO EDITAL R$ 1.485,40

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS –	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS –	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN

	ME	LTDA			LTDA	ME			LTDA – ME	TOS EIRELI
E. L.			R$ 1.300,00 1º		R$ 2.126,40 (DESCLASSIFICADA)	R$ 1.485,00 2º			R$ 2.113,11 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 1.280,00			R$ 1.299,00				
			SEM LANCE			R$ 1.270,00				
PROPOSTA VENCEDORA						**R$ 1.270,00**				
60	INALADOR NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS. COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE. PRESSÃO MÁX.: 80LBS. VAZÃO LIVRE: 34LTS/MIN. TAMANHO DAS PARTÍCULAS: 0,3 - 8 MICRONS. MOTOR DE 1/5HP. VOLTAGEM: AUTOMÁTICA - 110/220V. CONSUMO: 341W. PESO: 8,5KG. COMPRIMENTO: 360MM. ALTURA: 450MM. LARGURA: 225MM.								UNID	4
PREÇO DO EDITAL R$ 4.863,67										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 4.863,67 3º		R$ 3.980,00 2º		R$ 3.516,80 1º				R$ 3.494,82 (DESCLASSIFICADA)	
	SEM LANCE		SEM LANCE		R$ 3.516,80					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 3.516,80**					
61	INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO: Incubadora de bancada com plataforma de movimento orbital. Velocidade de agitação de no mínimo 40 a 250 rpm. Faixa de temperatura de no mínimo 5 graus Celsius a 50 graus Celsius. Painel com indicação de funções, chave independente de aquecimento, agitação e chave liga/desliga. Garras ou presilhas em aço ou material para fixação de tubos ou frascos. Plataforma de agitação em alumínio ou material superior. Deve possuir dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa. Gabinete com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática texturizada a pó. Alimentação elétrica 220v/60 Hz ou bivolt								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 37.260,00										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 35.600,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 20.058,08 1º				R$ 19.932,72 (DESCLASSIFICADA)	
					R$ 20.058,08					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 20.058,08**					

62	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG) – ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX / AÇO, COM PAINEL DE COMANDO, COM BARREIRA SANITÁRIA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM FREIO DE PARADA, CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 60KG.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 41.386,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 41.386,67 2º		R$ 38.700,00 1º		R$ 48.000,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 47.700,00 (DESCLASSIFICADA)	
	R$ 38.500,00		R$ 38.200,00							
	R$ 38.180,00		R$ 38.100,00							
	R$ 38.080,00		R$ 38.000,00							
	R$ 37.900,00		R$ 37.000,00							

	SEM LANCE									
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 37.000,00**							

63	LIXEIRA DE PLÁSTICO 30 LITROS COM PEDAL E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE). ESPECIFICAÇÕES:ALTURA: 46,5; LARGURA: 40,5; PROFUNDIDADE: 34; CAPACIDADE: 30 LITROS.	UNID	48

PREÇO DO EDITAL R$ 132,90

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 120,00		R$ 143,84				R$ 142,94	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

64	LIXEIRA INOX COM TAMPA- 10L; BALDE REMOVÍVEL.	UNID	23

PREÇO DO EDITAL R$ 354,33

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 280,00 (DESCLASSIFICADA		R$ 318,40 2º	R$ 350,00 3º	R$ 307,45 1º		R$ 316,41 (DESCLASSIFICADA)	
					R$ 290,00	R$ 300,00	R$ 280,00			
					SEM LANCE	R$ 270,00	SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA						**R$ 270,00**				

65	LONA P/ BIOMBO DUPLO EM BRIM CRU. DIMENSÕES: 60X180 CM								UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 64,69										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 60,00		R$ 96,00		R$ 63,45		R$ 95,40	
ITEM CANCELADO/FRACASSADO										

66	LONA P/ BIOMBO TRIPLO EM BRIM CRU. DIMENSÕES: 60X180 CM								UNID	5
PREÇO DO EDITAL R$ 96,12										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 90,00		R4 144,00		R$ 94,45		R$ 143,10	
ITEM CANCELADO/FRACASSADO										

67	LONGARINA C/ 3 LUGARES: Cadeira longarina fixa contendo 03 (três) lugares, reforçada, com assentos e encosto fabricados em copolímeros de alta resistência, sem braço, com espaldar baixo na cor preta. Encosto produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas medindo no mínimo 455 mm de largura x 260 mm de altura x 3 mm de espessura, fixado no suporte do encosto por meio de rebite plástico. Assento produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondas e borda frontal em declive medindo no mínimo 455 mm de largura x 395 mm de profundidade x 3 mm de espessura, fixado no suporte do assento por meio de encaixe plástico e parafuso. Suporte do assento e encosto em duas peças fabricadas em tubo de aço industrial seção oblonga medindo no mínimo 16 x 30 mm com espessura mínima de 1,5 mm soldados na longarina por processo Mig. Estrutura/longarina horizontal fabricada tubo de aço industrial seção quadrada medindo no mínimo 50 x 50 mm com espessura mínima de 1,20 mm ou seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 x com espessura mínima de 1,50 mm soldados pelo processo Mig, com dois pés no sentido vertical em formato "Y" invertido ou "T" invertido, fabricado em tubo de aço industrial seção redonda medindo no mínimo 31 mm de diâmetro e espessura de no mínimo 1,50 mm para o formato "Y" invertido ou tubo de aço seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 mm com espessura de no mínimo 1,50 mm, com sapatas e ponteiras plásticas injetadas, para o formato "T" invertido. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. Pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura total 1530 mm; Profundidade total 500 mm; Altura total 810 mm; Altura do chão ao topo do assento: 420 mm.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 376,07

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 340,00 1º		R$ 448,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 374,45 2º		R$ 445,20 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 325,00				R$ 330,00			
			SEM LANCE				R$ 320,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 320,00**			

68	LONGARINA LARA 4 LUGARES A/E AZUL SHOP CADEIRAS. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 20 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 592,40

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 420,00 1º		R$ 624,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 420,75 2º		R$ 620,10 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 415,00				R$ 419,00			
			SEM LANCE				R$ 413,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 413,00**			

69	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO. SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA.	UNID	6

PREÇO DO EDITAL R$ 1.107,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 1.107,00 (FORA DOS 10%)		R$ 860,00 3º		R$ 536,00 1º		R$ 780,65 2º		R$ 532,65 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE		R$ 528,00		R$ 530,00			
					R$ 510,00		R$ 520,00			
							SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 510,00**					

70	MESA AUXILIAR COM GAVETA: FINALIDADE: Para uso hospitalar. REQUISITOS: A mesa deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricada de acordo com as normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzida de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibada de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (H) 400 x (L) 400 x (P) 800 mm; CARACTERÍSTICAS GERAIS: A mesa deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, componentes ou partes da mesa com as quais o usuário entra em contato, isentos de rebarbas ou cantos vivos. Tampo e gaveta: em chapa de aço # 22, estrutura formada por 04 (quatro) pés em tubos de aço metalon 40x40 #18, soldagem pelo sistema MIG, ponteiras de acabamento dos topos inferiores em polipropileno na cor preta. Puxador da gaveta em material metálico cromado tipo "pingo de mel". TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento lisa e livre de defeitos, cor branca ≥ µ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 142,23										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 120,00 2º		R$ 145,60 (DESCLASSIFICADA)		R$ 117,45 1º		R$ 144,69 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 116,00				R$ 115,00			
			R$ 110,00				SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 110,00**							
71	MESA AUXILIAR DE MAYO SIMPLES, BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 0,35 X 0,46CM. ALTURA REGULÁVEL DE 0,90 A 1,25CM. ARMAÇÃO TUBULAR. PINTURA SINTÉTICA, OPCIONAL EPOXI.								UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 291,07										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 291,07 (DESCLASSIFICADA)		R$ 260,00 3º		R$ 259,20 2º		R$ 193,49 1º		R$ 257,58 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE		SEM LANCE		R$ 193,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 193,00**			
72	MESA AUXILIAR INOX C/ RODÍZIO MED. 93X50X80								UNID	10

PREÇO DO EDITAL R$ 194,50										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 180,00 1º		R$ 552,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 192,45 2º		R$ 548,55 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 170,00				R$ 178,00			
			SEM LANCE				R$ 168,00			
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 168,00**			

73	MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL, ELÉTRICA, DE ALTURA REGULÁVEL E RADIOTRANSPARENTE. COLCHÃO DE DESCOMPACTAÇÃO PARA CONFORTO DOS PACIENTES A FIM DE REMOVER A INCIDÊNCIA DE ÚLCERA DE DECÚBITO, COM PROJETO ANTIESTÁTICO, À PROVA D'ÁGUA E CONSISTENTE. ALTA CAPACIDADE DE PESO EM POSIÇÕES NORMAIS E INVERTIDAS. BATERIA INTERNA QUE MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA 50-80 CIRURGIAS. POSIÇÃO DA MESA INFERIOR DE 600 MM DEPOIS DO AJUSTE DA POSIÇÃO DO PACIENTE, TORNANDO-A APROPRIADA PARA NEUROCIRURGIA E CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA. SISTEMA DE PARADA ELÉTRICA PARA ESTABILIDADE SUPERIOR. RETORNO À POSIÇÃO ORIGINAL COM UM BOTÃO. OPÇÃO COM SUPERFÍCIE DE FIBRA DE CARBONO. FUNÇÃO DE ALTERNAÇÃO LONGITUDINAL ELÉTRICA COM 320 MM COMBINADA À PLACA RADIOLUCENTE FORNECE ACESSO LIVRE AO ARCO EM C PARA O CORPO INTEIRO. TRÊS PAINÉIS DE CONTROLE, INCLUINDO PAINEL REMOTO, PAINEL DE COLUNA E PEDAL	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 9.090,00										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 9.090,00		R$ 8.100,00		R$ 54.400,00				R$ 54.060,00	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

74	MESA DE CABECEIRA TOTALMENTE FECHADA. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM UMA GAVETA SUPERIOR E ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA PARA FECHAMENTO POR MEIO DE ESFERA DE PRESSÃO COM PONTEIRA EM TUBOS DE 20MMX20MM. DIMENSÕES: 0,40X0,45X0,80M	UNID	28

PREÇO DO EDITAL R$ 363,23

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	~~R$ 363,23~~ (DESCLASSIFICADA)		~~R$ 310,00~~ 2º		R$ 336,00 3º		R$ 227,45 1º		R$ 333,90 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 220,00		SEM LANCE		R$ 219,00			
			SEM LANCE							
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 219,00**			

75	MESA EM MDF PARA ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESCRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO FOLHEADO MADEIRA, QUANTIDADE GAVETAS 2, LARGURA 0,90, PROFUNDIDADE 0,75, ALTURA 0,75, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO CEREJEIRA, COR ESTRUTURA CINZA, TIPO GAVETAS COM CHAVE.	UNID	15

PREÇO DO EDITAL R$ 374,07

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 374,07		R$ 290,00		R$ 376,00	R$ 372,25	R$ 372,45		R$ 333,90	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

76	MESA INSTRUMENTAL SEMI-CIRCULAR: para uso no centro cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável AISI 304, armação superior com cantoneira "T" em aço carbono pintado. As partes pintadas deverão apresentar pintura eletrostática com tratamento anti ferruginoso. Rodas de 3" em termoplástico; medidas aproximadas de Curva Interna: C=0,90m x L=0,35m x A=0,80m medidas aproximadas de Curva Externa: C=1,20m x L=0,35m x A=0,80m.	UNID	5

PREÇO DO EDITAL R$ 973,20

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 973,20 (DESCLASSIFICADA)		R$ 820,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 864,00 1º		R$ 971,45 2º		R$ 858,60 (DESCLASSIFICADA)	
					R$ 860,00		R$ 863,00			
							SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 860,00**					

77	MESA AUXILIAR PARA ANESTESISTA: Mesa auxiliar para anestesia com 03 gavetas em inox: Armação: em tubo quadrado de aço inox de 20 x 20 x 1,2mm, dotada de 03 gavetas construídas em chapa de aço inox 0,75mm., que correm sobre trilhos permitindo a abertura total, possuir fechaduras com chaves, gaveta: superior com divisões para medicamentos, tampo em chapa de aço inox 0,75mm, suporte: com ganchos em aço inox. Rodízios: de 75 mm, sendo 2 com freios. Dimensões: 0,50 x 0,40 x 0,90m.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 3.026,23

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

E. L.	R$ 3.026,23		R$ 2.800,00		R$ 1.008,00		R$ 3.024,45		R$ 1.001,70	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

78	MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES- MESA COM TAMPO REVESTIDO EM FORMICA, ESTRUTURA METÁLICA; CADEIRAS COM ENCOSTO E TAMPO EM FORMICA COM ESTRUTURA REFORÇADO. COR: BRANCO.	UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 1.238,00

~~EMPRESAS~~ PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE ~~MEDICAMENTOS~~ SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS ~~NASCIMENTO~~ DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 980,00		R$ 1.088,00		R$ 1.236,45		R$ 1081,20	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

79	MOCHO BANCO GIRATÓRIO COM ENCOSTO, RODÍZIOS E APOIO PARA OS PÉS. ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO ESPUMA D26, REVESTIDO EM COURVIM. ASSENTO COM 300MM DE DIÂMETRO. ARCO PARA APOIO DOS PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE EIXO VERTICAL ROSCADO EM AÇO ZINCADO. 04 PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO (50MM). ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO.	UNID	4

PREÇO DO EDITAL R$ 333,90

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 333,90 (DESCLASSIFICADA)		R$ 300,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 192,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 191,45		R$ 190,80 (DESCLASSIFICADA)	
							R$ 191,00			

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-CNPJ:06.553.895/0001-78
CEP:64.235-000 PRAÇA DA MATRIZ 177 CENTRO
E-mail:prefeituracocal.pi@gmail.com

PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 191,00**			
80	MONITOR MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL CONTENDO MONITORAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI,TEMPERATURA, PI E CAPNOGRAFIA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIVERSOS PARÂMETROS SIMULTÂNEOS. POSSUI ALÇA DE TRANSPORTE. POSSUIR SELEÇÃO PARA O TIPO DE PACIENTE: ADULTO, PEDIÁTRICO OU NEONATAL. POSSUIR TECLADO E/OU BOTÃO ROTACIONAL OU AINDA TELA TOUCH SCREEN QUE FACILITE A PROGRAMAÇÃO. TELA DE LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 E NO MÁXIMO 17 POLEGADAS. APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 7 CURVAS SIMULTANEAMENTE, POSSIBILIDADE DE ALTERNAR O MÓDULO DE EXIBIÇÃO PARA NUMÉRICA E DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA. COM CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S. POSSUIR TECLA/MENU PARA CONFIGURAÇÕES DE ALARMES COM TECLA PARA INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS. BIVOLT 110/220V, COM BATERIA RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE E AUTONOMIA MAIOR QUE 2 HORAS. FAIXA DE PRESSÃO SISTÓLICA: 40 A 250MMHG (EXATIDÃO +- 3MMHG) DE ACORDO COM NBR IEC 80601-2-30 E FAIXA DE PRESSÃO DIASTÓLICA: 20 A 210MMHG (EXATIDÃO +- 3MMHG). DE ACORDO COM NBR IEC80601-2-30. POSSUIR VÁLVULA DE PRESSÃO EXCESSIVA. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM (EXATIDÃO: +-2BPM). POSSUIR 7 DERIVAÇÕES, PODENDO SER EXPANDIDO POSTERIORMENTE PARA 12 DERIVAÇÕES. POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA COM GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 24H DOS EVENTOS ARRÍTMICOS COM TRAÇADOS DE ECG, SEGUNDOS ANTES E DEPOIS. POSSUIR MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG). POSSUIR INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO. POSSUIR DETECTOR PULSO DE MARCA-PASSO. FAIXA DE SATURAÇÃO SPO2: 40 A 100 POR CENTO (RESOLUÇÃO 1%). FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 40 A 240 BPM. FAIXA DE PRESSÃO INVASIVA: -40 A 300MMHG (EXATIDÃO +-1MMHG). POSSUIR NO MÍNIMO DOIS CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA. FAIXA DE TEMPERATURA: 25 A 45°C (EXATIDÃO 0,1°C). FAIXA DE CAPNOGRAFIA: 0 A 99MMHG (EXATIDÃO +-2MMHG). POSSUIR MONITORAÇÃO CONTÍNUA DO CO2 EXPIRADO EXIBIDA EM GRÁFICO E VALOR NUMÉRICO.POSSUIR MONITORAÇÃO DA FRAÇÃO INSPIRADA E EXPIRADA DE CO2.			UNID	6

PREÇO DO EDITAL R$ 363,23

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 34.000,00		R$ 25.600,00				R$ 25.440,00	

ITEM CANCELADO PREÇO DE REFERÊNCIA ERRADO

81	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES DE MESA DESTINADOS A SIMPLES VISUALIZAÇÃO OU PARA FINS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS ANALÓGICAS OU DIGITAIS. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE NAS CORES CINZA, BRANCO, BEGE OU PRETO; PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS DE LED; COM BOA LUMINÂNCIA; ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR; DISPONÍVEL EM 110V OU 220V OU BIVOLT COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; DIMENSÕES: 490X380X140MM.	UNID	3

PREÇO DO EDITAL R$ 320,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 320,67 (DESCLASSIFICADA)		R$ 300,00 1º		R$ 316,80 2º		R$ 237,05 (DESCLASSIFICADA)		R$ 314,82 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 300,00		SEM LANCE					
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 300,00**							

82	NOBREAK : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 220 V. Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UNID	12

PREÇO DO EDITAL R$ 758,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 758,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 680,00 1º		R$ 863,84 (DESCLASSIFICADA)	R$ 757,00 2º			R$ 858,44 (DESCLASSIFICADA)	

			R$ 680,00			SEM LANCE				
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 680,00**							
83	NOTEBOOK: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, processador intel core i5 de 6 Geração ou i5 de geração superior, com no mínimo de capacidade 8g de memória Ram , podendo ter como memória física um HD de 1TB , ou SSD com capacidade mínima de 240 Gb , tela de 15,6 polegadas ou superior , possuindo teclado numérico, entrada de cabo de rede RJ 45, conexão wifi e Bluetooth. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 3.423,35										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 3.423,35 (DESCLASSIFICADA)		R$ 3.100,00		R$ 5.918,40 (DESCLASSIFICADA)				R$ 5.881,41 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 3.100,00							
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 3.100,00**							
84	OTOSCOPIO: ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS								UNID	2
PREÇO DO EDITAL R$ 329,33										

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 900,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 300,00 1º		R$ 507,55 (DESCLASSIFICADA)	R$ 327,00 2º			R$ 504,38 (DESCLASSIFICADA)	

			R$ 300,00			SEM LANCE				
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 300,00**							
85	OXIMETRO DE PULSO: Aparelho portátil para verificação não-invasiva contínua da saturação periférica de oxigênio (SpO2) no sangue através de sensor infravermelho de dedo, bem como a mensuração da frequência cardíaca, apresentação da curva Pletismográfica, Com variação do BEEP sonoro, Com display em LED ou cristal líquido, com amostragem simultânea dos valores de SpO2, frequência cardíaca, Com área de visualização de no mínimo de 130 x 36 mm, Com faixa de medida da saturação incluindo ao menos de 40 a 100%, com acurácia de 3% ou melhor, Com faixa de medida da frequência de pulso incluindo ao menos de 30 a 220 bpm, Com alteração automática do tom sonoro do BEEP em função da variação do SpO2, Com tecla liga/desliga para acionamento; Deverá possuir sistema de alarme áudio visual para: - alta e baixa SpO2, - alta e baixa FC, - para sensor desconectado, Com possibilidade de configuração de alarmes; Com teclado para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e ajustes do display; Histórico que permita o acompanhamento da evolução do paciente de forma numérica e/ou gráfica. Funcionamento com bateria interna recarregável, com carregador interno ou externo ao equipamento, Tipo de Alimentação: 110 V ou 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento) ou Bivolt, que abranja a faixa de 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática. Frequência 60 Hz. Com autonomia mínima de 4 horas. Deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) sensores tipo clip de dedo original, não descartável, para adulto, b) 02 (dois) sensores em "Y" universal, não descartável.										UNID	10

PREÇO DO EDITAL R$ 137,67

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 2.500,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 137,00 2º		R$ 124,80 1º				R$ 124,02 (DESCLASSIFICADA)	
			SEM LANCE		R$ 124,80					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 124,80**					

86	POLTRONA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO A ÚLTIMA A POSIÇÃO TRENDLENBURG INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS.ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA;POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE MOLA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO);POLTRONA COM BRAÇOS ARTICULADOS E ENCOSTO E APOIO DE PÉS SINCRONIZADO DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE;PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓPÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPCIONAL RODÍZIOS MEDIDAS:POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75 M; ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M; LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65 M X L=0,75 M A=0,55 M; CAPACIDADE 150 KG.	UNID	28

PREÇO DO EDITAL R$ 1.324,83

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 1.324,83 (DESCLASSIFICADA)		R$ 990,00 2º	R$ 1.320,00 3º	R$ 1.344,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 989,45 1º		R$ 1.335,60 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 984,45	SEM LANCE			R$ 984,00			
			R$ 950,00				R$ 948,00			
			SEM LANCE							
PROPOSTA VENCEDORA							**R$ 948,00**			

87	RÉGUA ANTOPOMETRICA INFANTIL: RÉGUA COM ESCALA DE 1 A 60 CM; PARA MEDIR TAMANHO DO RECÉM NASCIDO; COM DISPOSITIVO MÓVEL PARA AJUSTAR OS PÉS E CABEÇA; TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL LIMPEZA; MATERIAL OBRIGATORIAMENTE EM AÇO INOX. COM REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	2

PREÇO DO EDITAL R$ 47,75

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	K.C.R.S. COMERCIO DE

	EQUIPAMENTOS – ME	E SERVIÇOS LTDA			SAUDE & VIDA LTDA	DOS SANTOS – ME		LTDA	MEDICAMENTOS LTDA – ME	EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 38,00		R$ 88,00		R$ 46,45		R$ 87,45	

ITEM CANCELADO/FRACASSADO

88	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG) – CAPACIDADE DE 31 A40KG,ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX / AÇO, TAMBOR EM AÇO INOX / AÇO, AQUECIMENTO AGÁS / VAPOR / ELÉTRICO, COM PAINEL DE COMANDO.	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 39.703,33

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 39.703,33 3º		R$ 36.000,00 2º		R$ 35.200,00 1º				R$ 35.200,00 (DESCLASSIFICADA)	
	SEM LANCE		R$ 35.180,00		R$ 35.150,00					
			SEM LANCE							
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 35.150,00**					

89	SELADORA AUTOMÁTICA COMPACTA E DE FÁCIL OPERAÇÃO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA E PERMITEM A SELAGEM CONTINUA DAS EMBALAGENS E REGULAGEM DA LARGURA DAS BORDAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60Hz ou BIVOLT COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA	UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 6.340,00

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS,	TEKMARKET INDUSTRIA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE	MARCOS VINICIUS	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA	K.C.R.S. COMERCIO

	APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	NASCIMENTO DOS SANTOS – ME		SYSTEMS LTDA	DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 6.340,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 5.200,00 1º		R$ 5.600,00 2º				R$ 5.600,00 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 5.090,00		R$ 5.100,00					
			SEM LANCE		R$ 5.000,00					
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 5.000,00**					

90	SUPORTE HAMPER SIMPLES PINTADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO.ACOMPANHA SACO EM BRIM BRANCO.DIMENSÕES: 0,50M DIÂMETRO X 0,80M ALTURA.PINTURA EPOXI.	UNID	7

PREÇO DO EDITAL R$ 242,53

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.	R$ 242,53 3º		R$ 210,00 2º		R$ 176,00 1º		R$ 129,05 (DESCLASSIFICADA)		R$ 176,00 (DESCLASSIFICADA)	
	SEM LANCE		R$ 175,00		R$ 170,00					
			SEM LANCE							
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 170,00**					

91	SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULÁVEL COM 4 PÉS COM RODÍZIOS. BASE EM QUADRIPÉ FIXA DE TUBOS 50 X 30MM COM TUBO INFERIOR DE 22,22MM EM INÓX E TUBO SUPERIOR DE 15,87MM.4 GANCHOS CRUZADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR.REGULAGEM POR MEIO DE MANDRIL DE PVC PRETO.ALTURA MÍNIMA: 1,24 M. ALTURA MÁXIMA: 2,10 M.	UNID	37

PREÇO DO EDITAL R$ 346,83										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 240,00 1º		R$ 380,80 (DESCLASSIFICADA)		R$ 319,45 2º		R$ 380,80 (DESCLASSIFICADA)	
			R$ 220,00				R$ 230,00			
			R$ 215,00				R$ 219,00			
							SEM LANCE			
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 215,00**							
92	TELEVISOR SMART 32": Tipo LED, porta USB, FULL HD, entrada HDMI, com conversor digital, tamanho da tela de 32", sem suporte.								UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 1.173,46										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.150,00		R$ 1.415,84 (DESCLASSIFICADA)				R$ 1.415,84 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 1.150,00**							
93	TELEVISOR SMART 40": Tipo LED, porta USB, FULL HD, entrada HDMI, com conversor digital, tamanho da tela de 40", sem suporte.								UNID	1

PREÇO DO EDITAL R$ 1.682,99										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 1.600,00		R$ 2.423,84 (DESCLASSIFICADA)				R$ 2.423,84 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 1.600,00**							

94	VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO PARA TERAPIA INTENSIVA.MONTADO SOB PEDESTAL COM RODÍZIO E FREIOS QUE POSSIBILITE MOVIMENTO 360 GRAUS.EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO, COM CONTROLE MICROPROCESSADOS DESTINADO A VENTILAÇÃO MECÂNICA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS (OBESIDADE MÓRBIDA) INTEGRADO COM MONITOR GRÁFICO COLORIDO DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, COM TELA TOUCH SCREEN, COM POSSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESPAÇOS PARA APRESENTAÇÃO DE FORMAS DE ONDA E/OU LOOPS SIMULTÂNEAS COM BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAR OS CIRCUITOS DE PACIENTE E BLENDER INTERNO MICROPROCESSADO PARA A MISTURA DOS GASES. MODOS DE OPERAÇÃO:VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME (VC); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO (PC); VENTILAÇÃO ASSISTIDA A PRESSÃO (PS); PRESSÃO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV); SIMV (VC) COM PRESSÃO DE SUPORTE (PS); SIMV (PC) COM PRESSÃO DE SUPORTE (PS);VENTILAÇÃO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO (BILEVEL, BIVENT, BIPV OU SIMILAR);VENTILAÇÃO DE BACKUP/APNEIA EM TODOS OS MODOS ESPONTÂNEOS, INCLUSIVE CPAP;VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME COM REGULAÇÃO DE PRESSÃO (PRVC); VENTILAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (APRV) OU SIMILAR; VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE FUGA/VAZAMENTO PARA PACIENTES ADULTOS E PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. PARÂMETROS MONITORADOS: PRESSÃO MÁXIMA DAS VIAS AÉREAS; PRESSÃO DE PLATÔ; PRESSÃO MÉDIA; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; VOLUME CORRENTE EXPIRADO; VOLUME MINUTO EXPIRADO; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO; ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO SUPERFICIAL (SBI, RSB OU SIMILAR); COMPLACÊNCIA; RESISTÊNCIA; DEVE FAZER A MEDIDA DE PEEP TOTAL; CÁLCULO DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA; TENDÊNCIAS DE NO MÍNIMO 24 HORAS; NÍVEL DE BATERIA. POSSUIR SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO QUE FAÇA A COMPENSAÇÃO DA COMPLACÊNCIA E A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DO CIRCUITO DO PACIENTE, ASSIM COMO O DIAGNÓSTICO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO. GASES MEDICINAIS: ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL NA FAIXA DE 3 A 6 BAR E SISTEMA DE BACK-UP INCORPORADO AO EQUIPAMENTO CASO OCORRA FALHA NA REDE DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO, DEVE SER CAPAZ DE OPERAR SOMENTE COM AR COMPRIMIDO OU SOMENTE COM OXIGÊNIO. FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA DE 100 E 240 VAC, 60 HZ COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL QUE GARANTA AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS. ACESSÓRIOS: 05 (CINCO) CIRCUITOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO ESTERILIZÁVEL COMPLETO; 05 (CINCO) CIRCUITOS PARA PACIENTE ADULTO ESTERILIZÁVEL COMPLETO; 01 (UM) PULMÃO DE TESTE ADULTO; 05 (CINCO) VÁLVULAS EXPIRATÓRIAS COMPLETAS OU 05 (CINCO) DISPOSITIVOS QUE EXECUTEM A MESMA FUNÇÃO; 05 (CINCO) CÉLULAS DE OXIGÊNIO GALVÂNICA OU ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARAMAGNÉTICA OU ULTRASSÔNICA DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO; 05 (CINCO) SENSORES DE FLUXO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E 05 (CINCO) SENSORES DE FLUXO PARA PACIENTES ADULTOS OU 05 (CINCO) DISPOSITIVOS QUE EXECUTEM A MESMA FUNÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; 01 (UMA) MANGUEIRA DE AR	UNID	2

	COMPRIMIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS, COM VÁLVULA REGULADORA (CASO NECESSÁRIO); 01 (UMA) MANGUEIRA DE O2, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS, COM VÁLVULA REGULADORA (CASO NECESSÁRIO).									
PREÇO DO EDITAL R$ 102.066,67										
EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 98.000,00		R$ 124.800,00 (DESCLASSIFICADA)				R$ 124.800,00 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA			**R$ 97.900,00**							
95	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA VENTILAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 5 QUILOS), DURANTE O TRANSPORTE. MODO DE OPERAÇÃO: ASSISTIDO/CONTROLADO (PCV, VCV); VENTILAÇÃO COM PRESSÃO SUPORTE; PAUSA INSPIRATÓRIA; CICLO MANUAL; VENTILAÇÃO COM COMPENSAÇÃO DE FUGAS;SENSIBILIDADE – DISPARO POR FLUXO OU PRESSÃO; PRESSÃO INSPIRATÓRIA E PRESSÃO DE SUPORTE AJUSTADOS DE FORMA INDEPENDENTE.PARÂMETROS E FAIXAS DE AJUSTE: VOLUME CORRENTE FAIXA MÍNIMA: 50 A 2000 ML; FLUXO INSPIRATÓRIO FAIXA MÍNIMA: 10 A 100L/MIN; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA FAIXA MÍNIMA: 05 A 60 RESP/MIN; PEEP FAIXA MÍNIMA: 0 – 20 CM H2O; TEMPO INSPIRATÓRIO FAIXA MÍNIMA: 0,5 A 3SEG; PRESSÃO INSPIRATÓRIA FAIXA MÍNIMA: 5 A 55CM H2O; PRESSÃO DE SUPORTE FAIXA MÍNIMA: 5 A 35 CM H2O; 40 A 100 % PARA OPERAÇÃO COM CILINDRO DE O2;21% PARA OPERAÇÃO COM CILINDRO DE AR COMPRIMIDO; 21 A 100% CASO POSSUAM TURBINA INTERNA E CILINDRO DE O2. GAZES MEDICINAIS: ALIMENTAÇÃO DE GASES FEITA ATRAVÉS DE CILINDROS, TURBINA OU PISTÃO; E POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO SOMENTE COM OXIGÊNIO OU SOMENTE COM AR COMPRIMIDO, NOS CASOS EM QUE NÃO FOR A TURBINA OU PISTÃO. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 A 220 VAC, FONTE CHAVEADA AUTOMÁTICA; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO À REDE 12V DA AMBULÂNCIA (CABOS INCLUSOS); FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DE PELO MENOS 240 MINUTOS. ACESSÓRIOS: 05 (CINCO) CIRCUITOS COMPLETOS ESTERILIZÁVEL ADULTO; 05 (CINCO) CIRCUITOS COMPLETOS ESTERILIZÁVEIS PEDIÁTRICOS; 01 (UM) PULMÃO DE TESTE ADULTO; 01 (UM) PULMÃO DE TESTE PEDIÁTRICO; 01 (UM) CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA);01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA 12V – DCDC.								UNID	1
PREÇO DO EDITAL R$ 61.200,00										

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-CNPJ:06.553.895/0001-78
CEP:64.235-000 PRAÇA DA MATRIZ 177 CENTRO
E-mail:prefeituracocal.pi@gmail.com

EMPRESAS PART.	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS – ME	TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	J. A . OLIVEIRA COMERCIO	R. C. MOVEIS LTDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME	J.R.D. BRANDÃO EIRELI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
E. L.			R$ 60.000,00 (DESCLASSIFICADA)		R$ 51.200,00				R$ 51.200,00 (DESCLASSIFICADA)	
PROPOSTA VENCEDORA					**R$ 51.200,00**					

COCAL, 05 DE OUTUBRO DE 2020

Kylvia Maria Sousa Herculano
Kylvia Maria Sousa Herculano
Pregoeira

Julinezio Rodrigues de Souza
Julinezio Rodrigues de Souza
Secretário

Alanna Thalya de Albuquerque Machado
Alanna Thalya de Albuquerque Machado
Membro de Apoio